

Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 18.11.2016r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr A120-211-170/16/WW na dostawę aparatury naukowej dla Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego według części I-III:

I. urządzenia z funkcją fotometru

II. wirówki

III. zestawu do fotometrii.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (z dnia 29 stycznia 2004 roku), udziela uczestnikom postępowania odpowiedzi na zadane pytania.

1. A. Pytania Wykonawców do części II – dostawa wirówki:

1. Zamawiający dopuści wirówkę z sterowaniem bez pokręteł za pomocą odpornych na zalanie przycisków membranowych?
2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o hałaśliwości 56 dB i ustawianym czasie wirowania 1-99 min oraz tryb ciągły ?
3. Czy zamiast 18 miejscowego rotora do kolumnienek Zamawiający dopuści rotor do pasków PCR 4x8 ?

B. Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający nie dopuszcza przycisków, pokręta są bardziej praktyczne, bardzo szybkie i łatwe w regulacji, zwłaszcza kiedy ręka jest w rękawiczkach, a czasami nawet w podwójnej parze rękawiczek (w pracy z RNA). Ponadto przyciski są podatne na uszkodzenia.
2. Zamawiający dopuści hałaśliwość do 56dB, ale czas wirowania musi być w zakresie możliwości ustawienia godzin, przy długich wirowaniach, ale nie w trybie ciągłym.
3. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania: używamy standardowo systemu do izolacji DNA/RNA w kolumnienkach i dlatego te parametry rotora są bardzo specyficzne do systemu pracy.

Z poważaniem, w imieniu Zamawiającego
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SAMODZIELNY REFERENT
ds. zamówień publicznych

mgr Wojciech Witkowski