



UNIWERSYTET GDAŃSKI

Uniwersytet Gdańskie  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

L. dz. A120- 1617/16/MB



Gdańsk, dnia 29.11.2016r.

### DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-177/16/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**Część I – Jednorazowa dostawa chłodzarko-zamrażarki dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego**  
**Część II – Jednorazowa dostawa szafy chłodniczej dla Wydziału Chemiczno-Technologicznego Uniwersytetu Gdańskiego**

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	28.11.2016	Część II – Szafa chłodnicza Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą o pojemności 630 l oraz szafę chłodniczą umieszczoną w obrębie komory chłodniczej? Oferowana szafa chłodnicza spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający nie dopuszcza szafy chłodniczej o pojemności mniejszej niż wskazana w opisie technicznym. Wymóg 650 litrów był przez Zamawiającego wskazany jako absolute minimum. Ze względu na fakt przechowywania drogich materiałów i związków biologicznych, ilofilatów peptydów/białek, które wymagają przechowywania w środowisku o jak najmniejszym i stałym stopniu wilgotności przy zachowanej odpowiedniej stanie temperaturze, Zamawiający podtrzymuje zapisy ujęte w załączniku 1a do SiWZ do części II.

Z poważaniem

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
  
Marek Bocian