

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 23.12.2016r.

L. dz. A120-119/16/MP

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-182/16/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

DOSTAWA APARATURY DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNIwersYTETU GDAŃSKIEGO WG CZĘŚCI:

CZĘŚĆ I: AUTOKLAW DLA WYDZIAŁU CHEMII

CZĘŚĆ II: AUTOKLAW DLA INSTYTUTU OCEANOGRAFII

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	19.12.2016	Czy zamawiający wymaga, aby autoklaw, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, posiadał co najmniej jedną elastyczną sondę do monitorowania temperatury w sterylizowanym medium?	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ (Zamawiający opisując wymóg sterylizacji cieczy uznał, że wyposażenie w elastyczny czujnik temperatury jest standardem, które wymagane jest przez Zamawiającego)
2	19.12.2016	Czy zamawiający wymaga, aby autoklaw spełniał normę bezpieczeństwa PN-EN 61010-2-040 – dwie elastyczne sondy do monitorowania temperatury w sterylizowanym medium?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga
3	19.12.2016	Czy zamawiający wymaga, aby komora sterylizatora była wykonana ze stali nierdzewnej 316L?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga
4	19.12.2016	Czy zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał dwupunktowe blokowanie drzwi ze względów bezpieczeństwa?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga

5	19.12.2016	Czy zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał panel sterowania z menu w języku polskim, wyposażony w sterownik mikroprocesorowy z graficzną sygnalizacją etapu procesu, gdzie każdy etap sterylizacji oznaczony jest innym kolorem?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga
6	19.12.2016	Czy zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w drukarkę drukującą na bieżąco aktualne parametry i informacje na temat trwającego cyklu?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wymaga
7	19.12.2016	Czy zamawiający dopuści autoklaw o poborze energii 3 kW, zapewniający optymalny czas grzania i prawidłowy rozkład temperatury w komorze?	Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na fakt że ilość urządzeń pracujących w laboratoriach ogranicza pobór przydzielonej mocy w sieci
8	19.12.2016	Czy zamawiający dopuści urządzenie, które ma możliwość podtrzymywania temperatury po sterylizacji w zakresie 60-90°C? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.	Zamawiający wyraża zgodę
9	19.12.2016	Czy zamawiający dopuści autoklaw posiadający możliwość rozpuszczania podłoży w zakresie 60-90°C? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.	Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. Do rozpuszczania niektórych podłoży ujętych w procesie naukowo – badawczym wymagana jest temperatura powyżej 90°C
10	19.12.2016	Czy zamawiający dopuści wyposażenie w postaci koszy z drutu ze stali nierdzewnej ze wzmocnionym dnem? Jeżeli nie, proszę o uzasadnienie.	Zamawiający wymaga przynajmniej jednego kosza z pełnym dnem, ze względu na zabezpieczenie autoklawu na wypadek rozlania się cieczy lub podłoży agarowych
11	19.12.2016	Ile punktów zamawiający przewiduje dla rozwiązania pośredniego w kryterium opóźnienia startu dla autoklawów, które posiadają opóźnienie np. 12, 24, 48... godzin?	Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie przewiduje zmiany punktacji
12	20.12.2016	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty przetargowej oryginalnej specyfikacji technicznej producenta zaoferowanego sprzętu w języku angielskim?	Zamawiający nie wyraża zgody
13	20.12.2016	Zamawiający wyspecyfikował wymóg w pkt 9 podpunkt 2 aby autoklaw posiadał standardowy program do cieczy. Jednym z warunków bezpiecznego używania tego programu jest to aby autoklaw był wyposażony w elastyczny czujnik temperatury, montowany na etapie produkcji autoklawu.	Zamawiający opisując wymóg sterylizacji cieczy uznał, że wyposażenie w elastyczny czujnik temperatury jest standardem, które wymagane jest przez Zamawiającego
14	21.12.2016	Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw był o wymiarach zewnętrznych: szerokość – 478mm, głębokość – 632mm, wysokość – 748mm?	Zamawiający nie precyzował w opisie tych parametrów
15	21.12.2016	Czy Zamawiający wymaga urządzenia o komorze sterylizacyjnej cylindrycznej o wymiarach: średnica – 370mm, głębokość – 415mm?	Zamawiający nie precyzował w opisie tych parametrów

16	21.12.2016	Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia o max poborze mocy 2,99 kW, zasilanie jednofazowe, 230V?	Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na fakt że ilość urządzeń pracujących w laboratoriach ogranicza pobór przydzielonej mocy w sieci
17	21.12.2016	Czy w miejsce poszycia dachowego z pełnym dnem Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pojemnika sterylizacyjnego pełnego (dno i ściany pojemnika wykonane z blachy ze stali nierdzewnej)?	Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jednego pojemnika sterylizacyjnego pełnego oraz dwóch koszy z drutu
18	21.12.2016	1. Dotyczy części I i II Dotyczy § 6 ust. 2 umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 6 ust. 2 umowy poprzez wydłużenie terminu naprawy do 30dni? <u>Uzasadnienie:</u> Wydłużenie terminu naprawy pozwoli na należytą diagnozę usterki oraz dokonanie naprawy w sposób prawidłowy bez ryzyka ponoszenia kar umownych, zwłaszcza w sytuacji kiedy naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych	Zamawiający nie wyraża zgody
19	21.12.2016	Dotyczy części I i II Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §8 ust. 1 punkt 1) na: „0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określonego w § 2”? <u>Uzasadnienie:</u> Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody
20	21.12.2016	Dotyczy części I i II Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie zastrzeżonych w § 8 ust. 1 pkt 2) umowy kar umownych z 0,5% na 0,1% za każdy dzień zwłoki?	Zamawiający nie wyraża zgody

Jan JS

Z poważaniem

WZ. PRZEWODNICZĄCY
Komisji P.zetargowej

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
mgr Rafał Rzepański