

L.dz. A120-211-1771/16/MP

Gdańsk, dnia 28.12.2016r.

Uniwersytet Gdański  
Ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-189/16/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę aparatury dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.12.2016r. pod numerem 367395-2016.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 5 do SIWZ w zakresie wynikającym z odpowiedzi na zadane pytania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	23.12.2016	Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na wirówkę o wysokości 26 cm i głośności 58 dB (A)?	Tak, Zamawiający dopuszcza wysokość wirówki do 26 cm i poziom głośności do 58 dB (A).  Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 1 ppkt. 7) załącznika nr 5 do SIWZ (w załączeniu).
2	23.12.2016	Czy Zamawiający dopuści termostat z wymiennymi blokami o zakresie termostatowania -10°C do 105°C?	Tak, Zamawiający dopuszcza zakres ustawień termostatu z wymiennymi blokami od -10°C do 105°C.  Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 2 ppkt. 2) załącznika nr 5 do SIWZ (w załączeniu).
3	23.12.2016	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę typu wortex o orbicie 4mm, prędkości regulowanej 0-2500rpm i wymiarach szer. 127 mm, wys. 130 mm, gł. 160 mm?	Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany. Wysokość 130 mm wyklucza możliwość używania wytrząsarki podczas pracy komory laminarnej. Prędkość regulowana musi być w zakresie do 3000 obr, a nie do 2500 obr.

Załączony do niniejszego pisma dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.  
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
mgr Magdalena Pietruszewska

Załącznik:

1. Załącznik nr 5 do SIWZ po modyfikacji z dnia 28.12.2016r.