

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk
L.dz. A120-~~1742~~.../16/PP

Gdańsk, dnia 28.12.2016 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr A120-211-199/16/PP na: „dostawę aparatury dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej wg części:

część I: Termomikser.

część II: Aparat do elektroforezy pionowej z chłodzeniem.”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	22.12.2016	Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie ze względów bezpieczeństwa posiadało środkowy rdzeń chłodniczy o uniesionej górnej elektrodzie umieszczonej w obudowie zabezpieczającej oraz dolna elektroda zagłębiona w rdzeniu w celu zapobiegania przypadkowym uszkodzeniom?	Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania.

Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr S. Skabara