

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

„Dostawa wagi analitycznej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Wymagane minimalne parametry i funkcje

1. Maksymalny zakres ważenia 82/220g
2. Działki odczytowe, nie większe niż  $d=0,01/0,1\text{mg}$
3. Powtarzalność przy pełnym obciążeniu nie większa niż 0,1mg
4. Adiustacja wewnętrzna regulowana temperaturowo i/lub ręcznie
5. Wbudowana funkcja testu wagi odważnikami wbudowanymi lub zewnętrznymi o dowolnej masie
6. Podwieszana na tylnej ścianie szalka o konstrukcji grilla - **parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV**
7. Dotykowy wyświetlacz
8. Możliwość potrójnej identyfikacji próbki
9. W wyposażeniu wagi koszyk do ważenia próbek oraz pędzelek do czyszczenia wagi
10. Możliwość podłączenia wagi do oprogramowania pozwalającego na zbieranie danych i zarządzania aparaturą posiadaną przez Zamawiającego (tj. aparat do miareczkowania, pHmetr) - **parametr ten stanowi jedno z kryteriów oceny oferty zgodnie z SIWZ rozdz. XIV**