




UNIWERSYTET GDAŃSKI



Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Gdańsk, dnia 30.12.2016r.

L. dz. A120- ~~1789~~ /16/MB

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-194/16/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Jednorazowa dostawa materiałów i akcesoriów laboratoryjnych wg części:

- Część I – Dostawa kolumn GC dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
- Część II – Dostawa pipet automatycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
- Część III – Dostawa kolumnek SPE dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
- Część IV – Dostawa adapterów do kolumnek SPE dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
- Część V – Dostawa walek chromatograficznych kapslowanych z insertami i kapslami dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
- Część VI – Dostawa zestawów do ekstrakcji próżniowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
- Część VII – Dostawa filtrów membranowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
- Część VIII – Dostawa kolb miarowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	29.12.2016	Dotyczy części II pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pipety automatycznej zmiennopojemnościowej 0,5-10 µl o dokładności 1,1% oraz powtarzalności 0,44%?	Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana uwzględniona jest w pozycji nr 1 nowego załącznika nr 1a do SIWZ do części II, modyfikacja z dnia 30.12.2016r.
2	29.12.2016	Dotyczy części II Pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pipety automatycznej zmiennopojemnościowej 10-100 µl o dokładności 0,8% oraz powtarzalności 0,17%?	Wnioskowane parametry mieszczą się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w opisie technicznym
3	29.12.2016	Dotyczy części II Pkt.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie pipety automatycznej zmiennopojemnościowej 100-1000 µl o dokładności 0,8% oraz powtarzalności 0,17%?	Wnioskowane parametry mieszczą się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w opisie technicznym

4	29.12.2016	Dotyczy części II Pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety automatycznej zmiennopojemnościowej 500-5000 µl o dokładności 0,66% oraz powtarzalności 0,18%?	Wnioskowane parametry mieszczą się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w opisie technicznym
5	29.12.2016	Dotyczy części V Czy Zamawiający wymaga bursztynowych wialek z polem do opisu czy bez pola do opisu?	Zamawiający nie precyzował tego wymogu i dopuszcza oba rozwiązania.
6	29.12.2016	Dotyczy części V Czy Zamawiający wymaga wialek z insertami dno stożkowe zintegrowanymi już z wialkami czy też inserty mają być pakowane oddzielnie?	Zamawiający nie precyzował tego wymogu i dopuszcza oba rozwiązania.
7	29.12.2016	Dotyczy części V Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wialki o wymiarze średnicy 11,6 mm dla wymaganej pojemności między 1,5 a 2 ml?	Zamawiający opisując przedmiot zamówienia wskazał minimalną wymaganą średnicę wialki, tak więc dopuszcza takie rozwiązanie.
8	29.12.2016	Dot. Część VIII Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kolb z PP przeźroczystych czy w kolorze bursztynowym?	Zamawiający wymaga kolb przeźroczystych.
9	29.12.2016	Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (wzór umowy §8 ust. 1 punkt 1) na: „2% wartości brutto towaru dostarczonego z opóźnieniem - za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin realizacji zamówienia określony w § 2 umowy”? Uzasadnienie: Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody.
10	29.12.2016	Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie zastrzeżonych w § 8 ust. 1 pkt 2) umowy kar umownych z 2% na 1% za każdy dzień zwłoki?	Zamawiający nie wyraża zgody.
11	29.12.2016	Część VII Czy Zamawiający może podać informacje odnośnie gramatury (g/m ²) filtrów membranowych z włókna szklanego?	Zamawiający wprowadza dodatkowy parametr do opisu, gramatura minimum 50g/m ² . Zmiana uwzględniona jest w nowym załączniku nr 1a do SIWZ do części VII, modyfikacja z dnia 30.12.2016r.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marek Bocian