

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-202/16/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Część I – Jednorazowa dostawa chłodziarko-zamrażarki dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego
Część II – Jednorazowa dostawa szafy chłodniczej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	28.11.2016	Część II – Szafa chłodnicza Czy Zamawiający dopuści szafę chłodniczą z parownikiem umieszczonym w obrębie komory chłodniczej? Jest to powszechne rozwiązanie, stosowane w laboratoryjnych urządzeniach chłodniczych. Oferowana szafa chłodnicza spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Część II Ze względu na fakt przechowywania drogich materiałów i związków biologicznych, liofilizatów peptydów/białek, które wymagają przechowywania w środowisku o jak najniższym i stałym stopniu wilgotności przy zachowanej odpowiedniej stałej temperaturze, Zamawiający nie wyraża zgody.
2	02.01.2017	Część I Prosimy o podanie wymaganej minimalnej temperatury dla zamrażalnika oraz dla części chłodzącej	Część I Zamawiający opisując przedmiot zamówienia korzystał z dostępnego powszechnie sprzetu AGD. Zamawiający zakładał iż minimalne temperatury zarówno dla zamrażalnika jak i części chłodzącej muszą spełniać wszelkie obowiązujące normy, więc nie mogą znacząco się różnić u producentów tego segmentu AGD– Zamawiający nie określa wymaganej minimalnej temperatury.
3	02.01.2017	Część II Punkt 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie z możliwością wyboru strony montażu drzwi według potrzeby jednorazowo przy produkcji urządzenia?	Część II Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wyklucza możliwości przedstawiania urzędzenia do innych laboratorii.

4	02.01.2017	<p>Część II Punkt 13: Czy Zamawiający miał na myśli oświetlenie wewnętrzne, które włącza się automatycznie po otwarciu drzwi oraz wyłącza automatycznie po zamknięciu drzwi? Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?</p>	<p>Część II Zamawiający nie precyzował dokładnie sposobu włączania / wyłączenia oświetlenia uznając, że są to ogólnie przyjęte standardy w związku z tym oferowany parametr jest zgodny z opisem zawartym w SIWZ.</p>
5	02.01.2017	<p>Część II Punkt 16" Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenie pracujące w rekomendowanej temperaturze otoczenia (pomieszczenia) przez producenta max 26°C?</p>	<p>Część II Zamawiający nie wyraża zgody. Temperatura otoczenie w laboratoriach, szczególnie w okresie letnim wynosi 30°C a czasami nawet więcej.</p>

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marek Bocian