

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-218/17/MP

Gdańsk, dnia 06.02.2017r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-5/17/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa autoklawu dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 do SIWZ.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	02.02.2017	Czy Zamawiający dopuszcza pojemność autoklawu 23 litry i ciężar 40 kg, przy spełnieniu pozostałych wymagań ?	Zamawiający nie dopuszcza pojemności autoklawu 23 litry i wagi 40 kg. Laboratorium nie jest przystosowane do ustawienia tak ciężkiej aparatury.
2	03.02.2017	Dot. punkt 7 Czy Zamawiający pozostanie przy wymogu objętościowym autoklawu czyli 12 l i więcej i dopuści nie podawanie maksymalnej ładowności w kg?	Zamawiający dopuszcza aparat o objętości 12 l lub więcej bez podawania maksymalnej ładowności. Zamawiający dokonuje wykreślenia pkt. 7 z szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia- załącznika nr 6 do SIWZ. Modyfikacja w załączeniu.
3	03.02.2017	Dot. punkt 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na autoklaw nastołowy bez systemu wskazującego na zbyt małą ilość wody w aparacie?	Nie. Aparat powinien mieć system wskazujący zbyt małą ilość wody.

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty. Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Magdalena Pietruszewska

Załączniki:

1. **Załącznik nr 6 do SIWZ** po modyfikacji z dnia 06.02.2017r.