

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80 - 309 Gdańsk
L.dz. A120-287.../17/PP

Gdańsk, dnia 16.02.2017 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr A120-211-2/17/PP na: „dostawę zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	14.02.2017	Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie zamrażarki niskotemperaturowej o pojemności 566.3 l i wymiarach (wxgxs): - Zewnętrzne: 102.9 x 243.8 x 73.2 cm - Wewnętrzne: 71.1 x 168.9 x 47 cm	Zamawiający nie wyraża zgody.
2	15.02.2017	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z wizualną i akustyczną sygnalizacją stanu alarmowego niedomknięcia drzwi, ale bez możliwości opóźnienia czasowego regulowanego w zakresie od 0 do 15 minut? Ze względów bezpieczeństwa, producent nie zaleca tego typu ustawień w zamrażarkach niskotemperaturowych. Oferowana zamrażarka spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego.	Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1a do SIWZ
3	15.02.2017	1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 566 litrów?	Zamawiający nie dopuści aparatury o wskazanym parametrze.
		2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wnętrzem wykonanym ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo?	Zamawiający nie dopuści aparatury o wskazanym parametrze.
		3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 2438 mm?	Zamawiający nie dopuści aparatury o wskazanym parametrze.

W załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 12 litera c

Było: niedomknięcia drzwi (z opóźnieniem czasowym regulowanym w zakresie od 0 do 15 minut)

Winno być: niedomknięcia drzwi

Zamawiający wprowadza zmodyfikowany dokument pod nazwą: załącznik nr 1a do SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 16.02.2017, który zastępuje wcześniejszą (pierwotną) wersję tego dokumentu i jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


mgr Sylwia Skabara

Samodzielny Referent
ds. zamówień publicznych


mgr Piotr Paszkowski