



UNIwersytet GDAŃSKI



Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-354/17/MP

Gdańsk, dnia 03.03.2017r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-21/17/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę autoklawu dla Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 6 do SIWZ.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	01.03.2017	Dotyczy załącznika 6 SIWZ, punkt. 4: Czy Zamawiający dopuści autoklaw o czasie trwania procesu sterylizacji minimum 11 minut oraz czasie trwania normalnego cyklu 22 minuty?	Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacja załącznika nr 6 do SIWZ w załączeniu.

**Wprowadzony nowy dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.**

Z poważaniem,  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Magdalena Pietruszewska

Załączniki:

1. Załącznik nr 6 do SIWZ po modyfikacji z dnia 03.03.2017r.