

A120-383/17

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE_1

Dot.: postępowania nr A120-211-11/17/SK – „Dostawa komory do PCR z wyposażeniem dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 03.03.2017r.

Pytanie 1/1

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipety elektronicznej o pojemności 0,5-10 µl zamiast 0,2-10µl. Uzasadnienie: Producenci pipet elektronicznych (takich aby pasowały do nich końcówki posiadane przez Zamawiającego) oferują objętość pipet do 10 µL od pojemności 0,5µl, a nie od 0,2µl.”

Odpowiedź na pytanie 1/1

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pipety elektronicznej o pojemności 0,5-10 µl zamiast 0,2-10µl. Zamawiający modyfikuje treść SIWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Pzetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Sławomir Kosiński