



UNIWERSYTET GDAŃSKI

Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bazyńskiego 8  
80-309 Gdańsk

L. dz. A.120 – 457/17/MB

Gdańsk, dnia 21.03.2017r.

### DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-13/17/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### DOSTAWA ZAMRAŻAREK SKRZYNIOWYCH DO STACJI MORSKIEJ INSTYTUTU OCEANOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO IM. PROF. KRZYSZTOFA SKÓRY

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	16.03.2017	Czy Zamawiający dopuści zamrażarki o pojemności użytkowej 497 l i szerokości 1572 mm?	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamrażarka musi mieć szerokość minimum 180 cm.
2	16.03.2017	Czy Zamawiający dopuści zamrażarki o pojemności użytkowej 650 l i podwójnej klapie?	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamrażarka musi mieć zamknięcie jednoklapowe.
3	20.03.2017	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę skrzyniową o pojemności 495 litrów oraz szerokości zewnętrznej 166 cm? Zaproponowane urządzenie spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający nie wyraża zgody. Zamrażarka musi mieć szerokość minimum 180 cm.

Z poważaniem

**SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych  
*mgr Marek Bocian*

Uniwersytet Gdański Dział Zamówień Publicznych, ul. Jana Bazyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

