

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-29/17/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej do -86°C dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	17.03.2017	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z możliwością rejestracji parametrów pracy: temperatury, stanów alarmowych otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych pracy urządzenia, ale bez rejestracji stanów otwarcia drzwi? Oferowane urządzenie standardowo wyposażone jest w drzwi zamykane na klucz oraz panel sterowania zabezpieczony hasłem, chroniące przed dostępem osób niepowołanych do parametrów pracy oraz wnętrza zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
2	17.03.2017	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z systemem GSM, wyposażonym m.in. w czujnik otwarcia drzwi, informującym za pomocą wiadomości SMS gdy drzwi zamrażarki zostaną otwarte, ale bez rejestracji stanów otwarcia drzwi bezpośrednio w pamięci urządzenia? Oferowana zamrażarka umożliwia rejestrację parametrów pracy: temperatury oraz stanów alarmowych pracy urządzenia. Dodatkowo wyposażona jest w drzwi zamykane na klucz oraz panel sterowania zabezpieczony hasłem chroniące przed dostępem osób niepowołanych do parametrów pracy oraz wnętrza zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający dopuszcza tylko takie rozwiązanie, które umożliwia rejestrację stanu otwarcia drzwi.

3	21.03.2017	Czy Zamawiający może określić maksymalną dopuszczalną ilość sekcji w komorze zamrażarki ?	Zamawiający określił minimalną liczbę sekcji tj. 3 (pkt 6 załącznika nr 1a do SIWZ).
4	21.03.2017	Czy każda sekcja powinna posiadać osobne drzwi wewnętrzne?	Każda sekcja powinna posiadać osobne drzwi wewnętrzne zgodnie z pkt 6 załącznika nr 1a do SIWZ.
5	21.03.2017	Czy Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny?	Świadczenia gwarancyjne zostały opisane w § 6 projektu umowy – załącznik nr 4 do SIWZ.
6	21.03.2017	Czy zamawiający dopuści system rejestrujący parametry pracy: temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych do 3 dni wstecz ?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
7	21.03.2017	Ekran LCD dotykowy jest podatny na uszkodzenie i zużywa dużo energii. Czy zamawiający może zrezygnować z dodatkowej punkcji tego rozwiązania gdyż nie daje ono żadnych namacalnych zalet w codziennej eksploatacji ?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
8	21.03.2017	Fabrycznie zintegrowany port USB jest zależny od sprawności zamrażarki. Czy zamawiający może przyznać dodatkowe punkty za system rejestrujący pracę zamrażarki i wysyłający powiadomienia na telefon komórkowy niezależnie od samej zamrażarki ?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marek Bocian