

Uniwersytet Gdański
Ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gdańsk, 24.03.2017 r.

L.dz. A120-211-499/17/RR

Dotyczy: postępowania nr A120-211-28/17/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę gradientowego, semipreparatywnego chromatografu cieczowego (HPLC) z detektorem UV/VIS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

| Nr pytania | Data wpływu | Treść pytania | Odpowiedź Zamawiającego |
|------------|-------------|--|--|
| 1. | 23.03.2017 | Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pompy chromatograficznej realizującej gradient dwuskładnikowy ale za to pracującej w przepływach do 125 ml/min i w ciśnieniach do 400 bar? | Nie, Zamawiający podtrzymuje zapotrzebowanie na pompę chromatograficzną realizującą gradient czteroskładnikowy, gdyż w swej pracy wykorzystywał będzie m.in. gradient trzyskładnikowy. |
| 2. | 23.03.2017 | Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie detektora DAD z dwoma kanałami obserwacyjnymi (plus pełny zakres) ale pracującego w zakresie 200-800 nm? | Nie, Zamawiający podtrzymuje zapotrzebowanie na cztery kanały obserwacyjne. W ramach projektu, który obecnie jest realizowany, syntetyzowane są niestandardowe związki chemiczne będące koniugatami peptydów i niskocząsteczkowych związków chemicznych (np. antybiotyków) mających różne maksima absorpcji. |
| 3. | 23.03.2017 | Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu z kolektorem frakcji na 140 próbek o wymiarach 18mmx180mm | Nie, Zamawiający podtrzymuje zapotrzebowanie na kolektor frakcji mieszczący co najmniej 192 próbki. |
| 4. | 23.03.2017 | Czy Zamawiający wymaga aby chromatograf rozpoznawał jakie statywy na próbki są zainstalowane w danym momencie? | Nie, Zamawiający nie wymaga takiej funkcji. |
| 5. | 23.03.2017 | Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu bez możliwości rozbudowy o moduł do odśrodkowej chromatografii podziałowej ale za to z możliwością o rozbudowę o detektory MS i ELSD? | Nie, Zamawiający podtrzymuje zapotrzebowanie na system umożliwiający rozbudowę o moduł do odśrodkowej chromatografii podziałowej. |
| 6. | 23.03.2017 | Czy Zamawiający może doprecyzować w jakim środowisku ma pracować oprogramowanie? | Oprogramowanie ma pracować w systemie Windows, który jest dobrze znanym systemem operacyjnym dla wszystkich osób mających użytkować urządzenie. |

Zamawiający w związku z odpowiedzią na powyższe pytanie, nie modyfikuje treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
mgr Rafał Rzepicki