



UNIwersytet GDAŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-48/17/PJ

Gdańsk, dnia 05.06.2017 r.

L.dz. A120-866/17/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-48/17/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa koncentratora próżniowego z czterema rotorami, pompą i wymrażaczem dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	30.05.2017r.	Czy zamawiający zaakceptuje koncentrator próżniowy z możliwością jednoczesnego odparowywania maksymalnie 600ml?	Zamawiający nie zaakceptuje proponowanego rozwiązania.
2.	30.05.2017r.	Czy zamawiający zaakceptuje koncentrator z wyświetlaczem pracy bez trybu ewaporacji dostosowanego do rodzaju rozpuszczalnika?	Zamawiający nie zaakceptuje proponowanego rozwiązania.
3.	30.05.2017r.	Proszę o podanie minimalnej prędkości rotora w jednostkach rpm.	Zamawiający nie określa wymagania w zakresie minimalnej prędkości rotora w jednostkach rpm. Zamawiający wymaga (zgodnie z pkt 3 ppkt 8 rozdz. III SIWZ), aby prędkość rotora wynosiła minimum 250 G.
4.	30.05.2017r.	Czy zamawiający zaakceptuje pompę do koncentratora o próżni 7mb?	Zamawiający nie zaakceptuje proponowanego rozwiązania.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 20.06.2017 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2017 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jędrzejczyk