

A120-⁸²⁵...../17/AW

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE_1

Dot.: postępowania nr A120-211-64/17/AW – „Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 26.05.2017r.

Pytanie 1/1

„Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z możliwością rejestracji parametrów pracy: temperatury, stanów alarmowych otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych pracy urządzenia, ale bez rejestracji stanów otwarcia drzwi? Oferowane urządzenie standardowo wyposażone jest w drzwi zamykane na klucz oraz panel sterowania zabezpieczony hasłem, chroniące przed dostępem osób niepowołanych do parametrów pracy oraz wnętrza zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie”.

Odpowiedź na pytanie 1/1

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2/1

„Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z systemem GSM, wyposażonym m. in. w czujnik otwarcia drzwi, informującym za pomocą wiadomości SMS gdy drzwi zamrażarki zostaną otwarte, ale bez rejestracji stanów otwarcia drzwi bezpośrednio w pamięci urządzenia? Oferowana zamrażarka umożliwi rejestrację parametrów pracy: temperatury, stanów alarmowych otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych pracy urządzenia. Dodatkowo wyposażona jest w drzwi zamykane na klucz oraz panel sterowania zabezpieczony hasłem chroniące przed dostępem osób niepowołanych do paramentów pracy oraz wnętrza zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie”.

Odpowiedź na pytanie 2/1

Zamawiający nie wyraża zgody.

RZEWODNICZĄCY
Komisj. P.zetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Sławomir Brół

Samodzielny referent
ds. zamówień publicznych

Alicja Winniczuk