

A120-⁸²⁵...../17/AW

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2

Dot.: postępowania nr A120-211-64/17/AW – „Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 26.05.2017r.

Pytanie 1/2

„Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 526 litrów?”

Odpowiedź na pytanie 1/2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2/2

„Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z dwójką drzwi wewnętrznych, podzielonych na 4 sekcje?”

Odpowiedź na pytanie 2/2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3/2

„Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę bez możliwości rejestracji parametrów pracy?”

Odpowiedź na pytanie 3/2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4/2

„Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z blokadą panelu sterowania za pomocą kombinacji przycisków?”

Odpowiedź na pytanie 4/2

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5/2

„Czy Zamawiający zgodzi się na urządzenie bez systemu podgrzewania uszczelek, zapobiegającym oszronieniu i oblodzeniu?”

Odpowiedź na pytanie 5/2

Zamawiający nie wyraża zgody.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji P.zetargowej
STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Sławomir Kłóć

Samodzielny referent
ds. zamówień publicznych

Alicja Winniczuk