

A120-⁸²⁵...../17/AW

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE_4

Dot.: postępowania nr A120-211-64/17/AW – „Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej dla Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 26.05.2017r.

Pytanie 1/4

„Czy Zamawiający dopuści system rejestrujący parametry pracy: temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych do 3 dni wstecz bez możliwości eksportu do zewnętrznego komputera?”

Odpowiedź na pytanie 1/4

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2/4

„Ekran LCD dotykowy jest podatny na uszkodzenia i zużywa dużo energii. Czy zamawiający może zrezygnować z dodatkowej punktacji tego rozwiązania a punktować wygodny podświetlany ekran LCD?”

Odpowiedź na pytanie 2/4

Zamawiający nie wyraża zgody.

PRZEWODNICZĄCY
Komisj. P.zetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Sławomir Król

Samodzielny referent
ds. zamówień publicznych

Alicja Winniczuk