

L. dz. A120 – 857 /17MB

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-1/4d1.1/17MB na:

Część I - Dostawa sondy wieloparametrowej do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Część II - Dostawa badawczego mikroskopu polaryzacyjnego dla Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	31.05.2017	Część II. Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia: § 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji umowy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
2	31.05.2017	Część II. Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia: § 7 ust. 1 pkt 3 ppkt a, b, c Czy ze względu na fakt iż oferowane urządzenie nie podlega ustawie z dnia 14 września 2012 r., ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1203 z późn. zm.) Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ww. zapisów ze wzoru umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis w § 7 ust. 1 pkt 3 ppkt a, b, c jest zapisem warunkowym. To na Wykonawcy spoczywa odpowiednie zastosowanie się do zapisu § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia tj. „w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2012r. poz. 1203 z późn. zm.) ...”
3	31.05.2017	Część II. Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia: § 8 ust. 1 pkt 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,2% za każdy dzień opóźnienia?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.
4	31.05.2017	Część II. Dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 3 do ogłoszenia: § 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umniejszenie kary umownej z 20% wartości brutto wynagrodzenia do 10 %?	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

5	31.05.2017	Czy dla części nr II dopuszcza się mikroskop z nie kodowanym statywem i nie kodowanym uchwytem rewolwerowym obiektywów?	Część II Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
6	31.05.2017	Czy dla części nr II dopuszcza się lampę halogenową 50 Wat?	Część II Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
7	31.05.2017	Czy dla części nr II dopuszcza się obiektyw 60 mm?	Część II Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Z poważaniem

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
mgr Marek Bocian