

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-67/17/SS na „Dostawa spektrofotometru UV-VIS dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	23.06.2017	W związku z faktem, że kilka modeli z naszej oferty spełnia wymogi SIWZ, różni się jedynie szerokością szczeliny, prosimy o doprecyzowanie jaką maksymalną szerokość szczeliny powinien posiadać oferowany spektrofotometr? Pozwoli to na zaoferowanie modelu w najlepszy sposób odpowiadającego potrzebom Zamawiającego	Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1a do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) poprzez dodanie pkt. 5.
2	27.06.2017	Czy zamawiający zaakceptuje spektrofotometr UV-VIS posiadający parametry 1. Zakres długości fali: 190 – 1100 nm; dokładność długości fali co najmniej +/- 0,2nm; powtarzalność długości fali co najmniej +/-0,02nm. <i>Oferujemy powtarzalność +/- 0,1 nm</i> 2. Szybkość skanowania co najmniej 12000 nm/min. <i>Oferujemy szybkość skanowania do 8000nm/min i szybkość przemieszczania i powrotu 24000nm/min</i> 3. Czy wymagane jest wypełnienie i załączenie długiego i skomplikowanego formularza JEDZ?	<u>Ad. 1 i 2:</u> Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika 1a do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w tym zakresie. <u>Ad. 3:</u> Zamawiający informuje, że oświadczenie JEDZ jest standardowym formularzem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia ustanowionym Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. i jest wymagany ustawą Pzp. Wykonawca wypełnia ten formularz w zakresie opisanym w SIWZ z załącznikami i składa dany formularz w całości Zamawiającemu.

Zakres zmian w załączniku nr 1a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Poz. 1. Było: „1. Zakres długości fali: 190 – 1100 nm; dokładność długości fali co najmniej +/- 0,2nm; powtarzalność długości fali co najmniej +/-0,02nm” ;

Obecnie jest: „1. Zakres długości fali: 190 – 1100 nm; dokładność długości fali co najmniej +/- 0,2nm; powtarzalność długości fali co najmniej +/-0,1nm”

Poz. 7. Było: „7. Szybkość skanowania co najmniej 12000 nm/min”

Obecnie jest: „8. Szybkość skanowania co najmniej 8000 nm/min”

Dodaje się pkt. 5: „Szerokość szczeliny maksymalnie 1,4 nm” i zmienia się odpowiednio pozostała numeracja.

Zakres zmian w SIWZ:

Termin składania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie:

Było: „termin składania ofert do **06.07.2017r. do godz.12:00**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.07.2017r. o godz. 12:30**”.

Obecnie jest: „termin składania ofert do **13.07.2017r. do godz.12:00**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.07.2017r. o godz. 12:30**”.

Zamawiający wprowadza zmodyfikowane dokumenty pod nazwą: **SIWZ z dnia 27.06.2017, załącznik nr 1a (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) z dnia 27.06.2017**, które zastępują pierwotną wersję tych dokumentów i są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Sylwia Skabara