

A120-~~211~~<sup>956</sup>/17/AW

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE\_1**

Dot.: postępowania nr A120-211-73/17/AW – „Dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem wraz z wyposażeniem dla Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ”.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 15.06.2017r.

**Pytanie 1/1**

„Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz wirówki wykonany w technologii LCD, spełniający jednocześnie funkcję ekranu dotykowego i spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?”

**Odpowiedź na pytanie 1/1**

Zamawiający dopuszcza wyświetlacz wirówki wykonany w technologii LCD, spełniający jednocześnie funkcję ekranu dotykowego i spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie 2/1**

„Czy Zamawiający dopuszcza hałaśliwość wirówki nie przekraczającą 55 dBA przy maksymalnej prędkości ?”

**Odpowiedź na pytanie 2/1**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3/1**

„Czy Zamawiający dopuszcza wagę wirówki bez rotora nie przekraczającą 62 kg ?”

**Odpowiedź na pytanie 3/1**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4/1**

„Czy Zamawiający dopuszcza ustawianie czasu wirowania według poniższego opisu:

- co 15 sek. w przedziale od 15 sek. do 60 sek.,
- co 30 sek. w przedziale od 1,5 min. do 5 minut,
- co 1 minutę w przedziale od 5 min. do 30 min.,
- co 2 minuty w przedziale od 30 min. do 60 min.,
- co 5 minut w przedziale od 60 min. do 95 minut oraz możliwość pracy ciągłej ?”

**Odpowiedź na pytanie 4/1**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Samodzielny referent  
ds. zamówień publicznych  
*Alicja Winniczuk*  
Alicja Winniczuk

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji P.zetargowej

STARSZY SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych

*mgr Sławomir Piół*