

L. dz. A120 –1145/17/RR

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-92/17/RR prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawę 2 sztuk mikroskopów biologicznych do obserwacji w świetle przechodzącym dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	10.07.2017	Czy dopuszcza się mikroskop z rewolwerem obiektywowym czterogniazdowym.	Nie dopuszcza się.
2	10.07.2017	Czy dopuszcza się termin realizacji umowy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy	Nie dopuszcza się. Zamawiający oczekuje terminu realizacji zgodnie z SIWZ.
3	12.07.2017	Niniejszym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia: Czy Zamawiający dopuszcza oświetlacz halogenowy 50W umieszczony w tylnej części statywu, System Full Koehler	Nie.
4	12.07.2017	Mikroskopy badawcze naszej firmy spełniają ogólne wymogi dla mikroskopu przedstawionego w ogłoszeniu o zamówieniu Polska-Gdańska: Mikroskopy 2017/S 126-256118: oferują ten sam poziom technologiczny i mają te same funkcje. W większości przypadków parametry techniczne, oferowane w naszych mikroskopach, są wyższe od opisanych w przedmiocie zamówienia, różnica jest natomiast w jednym punkcie: <ul style="list-style-type: none">możliwość dokupienia obiektywu planachromatycznego bądź lepszego 60x (w bieżącej ofercie producenta) Czy zamawiający dopuszcza możliwość doposażenia mikroskopu o obiektyw planachromatyczny o powiększeniu 63x z bieżącej oferty producenta (zamiast 60x)?	Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia. Zmiana jest uwidoczniona w zmodyfikowanym załączniku 1a do SIWZ – załącznik nr 1a z dnia 24.07.2017r. do SIWZ. Wprowadzony załącznik z dnia 24.07.2017r. zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1 a do SIWZ.

5	13.07.2017	<p>Piszę w nawiązaniu do przetargu na „Dostawa 2 sztuk mikroskopów biologicznych do obserwacji w świetle przechodzącym dla Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”</p> <p>Jestem odpowiedzialny za mikroskopy cyfrowe firmy Keyence które również dają możliwość obserwacji w świetle przechodzącym jednak obraz widoczny jest na monitorze ponadto m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pow. 5-5000x• Polaryzacja• Nagrywanie filmów• HDR – analiza obrazu• Pomiary 2D i 3D• Automatyczne zliczanie wyznaczonych obszarów <p>Proszę mi powiedzieć czy takie urządzenie byłoby również w kręgu Państwa zainteresowań? Jeśli tak zawsze mogę przyjechać i zaprezentować mikroskop oraz przetestować na państwa detalach, próbkach itp.</p>	Nie. Zamawiający oczekuje mikroskopów zgodnie z opisem w SIWZ.
---	------------	---	--

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
mgr Rafał Rzepecki