

Gdańsk, dnia 10.08.2017r.

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L.dz. A120-1250/17/ZZ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-88/17/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: chromatografu cieczowego do oczyszczania i analizy białek 1 szt. dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	01.08.2017r.	Czy Zamawiający uzna za równoważne zaproponowanie 1 zaworu, który w zależności od połączeń hydraulicznych może być skonfigurowany jako zawór do zmiany buforów i próbek lub opcjonalnie jako zawór do podawania próbek, wyposażony w 2 oddzielne czujnik powietrza ?	Ze względu na planowany proces badawczy Zamawiający nie może uznać proponowanego rozwiązania za równoważne.
Uwaga termin składania ofert i otwarcia ofert <u>nie ulega zmianie:</u> Termin składania ofert do 18.08.2017r. do godz.12:00 Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 18.08.2017r. o godz. 12:30			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zderski