



UNIwersytet GDAŃSKI



L. dz. A120-1476/17/MP

Gdańsk, dnia 13.09.2017r.

UNIwersytet GDAŃSKI  
Dział Zamówień Publicznych  
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk  
T 58 523-23-20, F 58 523-31-10

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-100/17/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa aparatury dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego wg części: I część- wytrząsarka laboratoryjna - 1 szt.; II część- inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem – 1 szt.”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.08.2017r. pod numerem 2017/S 156-323470.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1a.II do SIWZ w zakresie wynikającym z udzielonej odpowiedzi.

L.p.	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	08.09.2017	Część II: Inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z panelem dotykowym?	Tak. Zmodyfikowany załącznik nr 1a.II do SIWZ w załączeniu.
2	12.09.2017	Część II: Inkubator laboratoryjny z wytrząsaniem – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z obrotami w zakresie 30-300rpm?	Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W specyfikacji technicznej Zamawiający wskazał wymagane minimalne parametry, które ze względu na charakter prac badawczych nad aktywacją proteasomu wymagają pracy we wskazanym zakresie, co umożliwi odszczepienie zsyntetyzowanych związków od nośnika stałego.

Zakres modyfikacji:

**Załącznik nr 1a.II do SIWZ – pkt 9:**

Było: Klawiatura z wyświetlaczem do obsługi urządzenia

Ma być: Klawiatura z wyświetlaczem do obsługi urządzenia lub panel dotykowy

**Załączony do niniejszego pisma dokument jest obowiązujący dla prawidłowo złożonej oferty.**

**Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
mgr Magdalena Pietruszewska

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a.II do SIWZ po modyfikacji z dnia 13.09.2017r.