

A120-1631/17/SK

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE_2

Dot.: postępowania nr A120-211-127/17/SK - **DOSTAWA INKUBATORA CO₂ Z WYPOSAŻENIEM DLA MIĘDZYUCZELNIANEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIwersYTETU GDAŃSKIEGO**

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę w dniu 22.09.2017r.

Pytanie 1/2

„Czy Zamawiający dopuści inkubator z menu sterowania opartym o ikonki i podstawowe zwroty w języku angielskim”.

Odpowiedź na pytanie 1/2

Zamawiający nie dopuszcza inkubatora z menu sterowania opartym o ikonki i podstawowe zwroty w języku angielskim. Mając wybór, Zamawiający preferuje menu w języku polskim. Zamawiający chce aby inkubator ten, poza celami dydaktycznymi, można było wykorzystywać w trakcie imprez popularno-naukowych organizowanych przez nasz Wydział (np. Noc Biologów, Bałtycki Festiwal Nauki), w których biorą udział głównie dzieci ze szkół podstawowych.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji P.zetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Sławomir Król