



UNIwersytet GDAŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-140/17/PP

Gdańsk, dnia 24.10.2017 r.

L.dz. A120-458 /17/PP

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

**Dotyczy: postępowania nr A120-211-140/17/PP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem UV-DAD i fluorescencyjnym.**

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

**Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca:**

1. W rozdziale XI pkt 10 SIWZ:

**było:**

Nazwa (firma) Wykonawcy	Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Gdańskiego,
Adres Wykonawcy	80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pok. 115
<b>OFERTA</b>	
do postępowania nr A120-211-140/17/PP:	
<b>Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem UV-DAD i fluorescencyjnym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.</b>	
nie otwierać przed dniem 30.10.2017r godz. 11:00	

**zapis zostaje zmieniony na:**

Nazwa (firma) Wykonawcy	Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Gdańskiego,
Adres Wykonawcy	80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pok. 115
<b>OFERTA</b>	
do postępowania nr A120-211-140/17/PP:	
<b>Dostawa wysokosprawnego chromatografu cieczowego z detektorem UV-DAD i fluorescencyjnym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.</b>	
nie otwierać przed dniem 09.11.2017r godz. 11:00	

2. W rozdziale XII pkt 1 SIWZ:

**było:**

Oferty należy składać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 115, I piętro, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 **w terminie do 30.10.2017r do godz. 10:30**



**zapisy zostają zmienione na:**

Oferty należy składać pod adresem:

Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 115, I piętro, w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 **w terminie do 09.11.2017r do godz. 10:30**

3. W rozdziale XII pkt 1 SIWZ:

**było:**

Otwarcie ofert nastąpi:

w Budynku Administracji Centralnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 109, I piętro **dnia 30.10.2017r. o godz. 11:00**

**zapis zostaje zmieniony na:**

Otwarcie ofert nastąpi:

w Budynku Administracji Centralnej Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, pokój nr 109, I piętro **dnia 09.11.2017r. o godz. 11:00**

4. Pkt 2 z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

Dwutłokowa pompa gradientowa:

**zapis zostaje zmieniony na:**

Minimum dwutłokowa pompa gradientowa:

5. Pkt 2, tiret trzecie z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

Zakres ciśnień roboczych: do min. 620 bar w całym zakresie przepływu:

**zapis zostaje zmieniony na:**

Zakres ciśnień roboczych: do min. 600 bar w całym zakresie przepływu

6. Pkt 3, tiret drugie z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

zakres nastrzykiwanej próbki od 1 µl do 200 µl

**zapis zostaje zmieniony na:**

zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 µl do 100 µl bez zmiany pętli strzykawki

7. Pkt 3, tiret trzecie z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

zakres ciśnień roboczych: do min. 620 bar

**zapis zostaje zmieniony na:**

zakres ciśnień roboczych: do min. 600 bar

8. Pkt 3, tiret czwarte z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,3% RSD dla nastrzyku 5 µl

**zapis zostaje zmieniony na:**

precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD

9. Pkt 3, tiret piąte z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

błąd przenoszenia (carryover) <0.02%

**zapis zostaje zmieniony na:**

błąd przenoszenia (carryover) <0.004%



UNIWERSYTET GDAŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-140/17/PP

10. Pkt 3 tiret szóste z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

termostatowana komora próbek w zakresie min. +8°C do +40 °C

**zapis zostaje zmieniony na:**

termostatowana komora próbek w zakresie min. +4°C do +40 °C

11. Pkt 4 z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

Kolektor frakcji

**zapis zostaje zmieniony na:**

Kolektor frakcji – Zamawiający dopuszcza system bez kolektora frakcji

12. Pkt 4 tiret trzecie z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

metoda zbierania frakcji w funkcji liczby kropli, czasu i objętości

**zapis zostaje zmieniony na:**

metoda zbierania frakcji w funkcji liczby kropli lub czasu lub objętości

13. Pkt 5 tiret ósme z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

Dryft:  $<5 \times 10^{-4}$  AU/h

**zapis zostaje zmieniony na:**

Dryft:  $<9 \times 10^{-4}$  AU/h

14. Pkt 5 tiret dziesiąte z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

Celka przepływowa o drodze optycznej 0,4 mm

**zapis zostaje zmieniony na:**

Celka przepływowa o drodze optycznej 0,4 mm lub 0,3mm lub cela o regulowanej drodze optycznej 0,1; 0,2; 0,5mm

15. Pkt 6 tiret dwunaste z załącznika nr 1a do SIWZ:

**było:**

Cela pomiarowa o objętości nie większej niż 12  $\mu$ l, odporna na ciśnienie 20 barów

**zapis zostaje zmieniony na:**

Cela pomiarowa o objętości nie większej niż 8  $\mu$ l, odporna na ciśnienie 20 barów

16. Po punkcie 8 Zamawiający dodaje punkt 9 o treści:

Termostat do kolumn powinien mieścić minimum 6 kolumn o długości do 30 cm. Termostat powinien mieć możliwość chłodzenia i grzania o zakresie minimalnym +5 do +80°C oraz charakteryzować się stabilnością temperatury +/- 0.1°C i precyzją ustawiania temperatury +/- 0.1°C



UNIwersytet Gdański

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH



*Postępowanie nr A120-211-140/17/PP*

**W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza:**

- 1) zmodyfikowaną SIWZ o nazwie „**SIWZ z dnia 24.10.2017**”, która zastępuje dotychczasową SIWZ,
- 2) zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia o nazwie „**Załącznik nr 1a do SIWZ –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 24.10.2017**”, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 1a do SIWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem

**PROREKTOR**  
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

*prof. dr hab. Piotr Stepnowski*

Załączniki:

1. SIWZ z dnia 24.10.2017
2. Załącznik nr 1a do SIWZ –formularz przedmiotowo cenowy z dnia 24.10.2017r.