



UNIwersytet GDAŃSKI



Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-1943/17/MP

Gdańsk, dnia 14.11.2017r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-151/17/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa wytrząsarki z inkubacją do hodowli w kolbach- 1 szt. oraz wytrząsarki z inkubacją na probówce o objętości 1,5 ml- 1 szt. dla Pracowni Biofizyki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed”, ogłoszonego w DUUE pod numerem 2017/S 200-411121 w dniu 18.10.2017r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Ad. 2.: Wytrząsarka z inkubacją na probówce o objętości 1,5 ml – 1szt. 1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z zakresem temperatur +5°C od temperatury otoczenia? 2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubacją z orbitą 2 mm?	1. Nie. 2. Nie.

Wszystkie warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Magdalena Pietruszewska