



UNIwersytet GDAŃSKI



Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-1919/17/MP

Gdańsk, dnia 08.11.2017r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-151/17/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawa wytrząsarki z inkubacją do hodowli w kolbach- 1 szt. oraz wytrząsarki z inkubacją na próbówki o objętości 1,5 ml- 1 szt. dla Pracowni Biofizyki Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed”, ogłoszonego w DUUE pod numerem 2017/S 200-411121 w dniu 18.10.2017r.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1a do SIWZ w związku z udzielonymi odpowiedziami.

Lp.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	<p>AD 1.: Wytrząsarka z inkubacją do hodowli w kolbach – 1 szt.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o średnicy 19 mm?2. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z obrotami w zakresie 30-300 rpm?3. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z zakresem temperatury pracy +5°C od temperatury otoczenia do 60°C?4. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wymiarach zewnętrznych: 54 x 89 x 51 cm?5. Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o wadze 81 kg?	<ol style="list-style-type: none">1. Nie.2. Tak. Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma.3. Tak. Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma.4. Tak. Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma.5. Nie.
2.	<p>AD 2.: Wytrząsarka z inkubacją na próbówki o objętości 1,5 ml – 1 szt.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubacją bez portu USB?2. Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubacją o wadze 8,2 kg?	<ol style="list-style-type: none">1. Nie.2. Tak. Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma.

Zakres modyfikacji:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt 1 ppkt. 2):

Było:

Obroty co najmniej 25-400 obrotów na minutę

Ma być:

Obroty co najmniej 30-300 obrotów na minutę

2. Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt 1 ppkt. 4):

Było:

Zakres temperatury pracy od nie więcej niż +5°C od temp otoczenia do minimalnie 65°C

Ma być:

Zakres temperatury pracy od nie więcej niż +5°C od temp otoczenia do minimalnie 60°C

3. Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt 1 ppkt. 17):

Było:

Max wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 80x76,5x70cm

Ma być:

Max wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 80x89x70cm

4. Załącznik nr 1a do SIWZ, pkt 2 ppkt. 10):

Było:

Waga nie więcej niż 6,5 kg

Ma być:

Waga nie więcej niż 8,2 kg

**Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.**

Z poważaniem,

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Magdalena Pietruszewska

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ po modyfikacji z dnia 08.11.2017r.