



UNIWERSYTET GDAŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-156/17/PJ

Gdańsk, dnia 07.12.2017 r.

L.dz. A120-~~2086~~.../17/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
zestaw nr 1**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-156/17/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	21.11.2017	(§ 8) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?	Zamawiający nie dopuszcza.
2.	21.11.2017	(§8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, pkt. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO przedmiotu dostawy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	21.11.2017	(§ 8 ust. 1 pkt. 3) Czy Zamawiający wykreśli zapis: "(...), w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek"?	Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.
4.	21.11.2017	(§ 8 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO przedmiotu umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
5.	21.11.2017	(§ 8) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?	Zamawiający nie dopuszcza.
6.	21.11.2017	Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?	Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami w § 7 ust. 5 projektu umowy „Wykonawca zapewnia czas reakcji: do 72 godzin. Przez określenie „czas reakcji” należy rozumieć czas liczony od powiadomienia Wykonawcy, drogą telefoniczną, elektroniczną lub pisemną, o nieprawidłowej pracy sprzętu czy też jego awarii, do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę poprzez stawiennictwo w miejscu wystąpienia awarii lub poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy w <u>przypadku gdy charakter awarii będzie na to pozwalał</u> ”.



Postępowanie nr A120-211-156/17/PJ

7.	30.11.2017	Dotyczy punktu 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wirówki laboratoryjnej pracującej z szerszym zakresem prędkości od 300 do 15.200 obrotów na minutę i z przyspieszeniem do 25.314 x g ze skokiem nastawy wartości równym 100 w całym zakresie?	Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia treść pkt 2 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
8.	30.11.2017	Dotyczy punktu 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę umożliwiającą wybór 1 z 9 profili rozpędzania rotora w celu ochrony wrażliwych prób ?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie zmienia treść pkt 4 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
9.	30.11.2017	Dotyczy punktu 5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w oddzielny przycisk szybkiego wirowania z rozpędzaniem rotora do prędkości maksymalnej bez funkcji nastawy obrotów ?	Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia treść pkt 5 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
10.	30.11.2017	Dotyczy punktu 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę laboratoryjną wyposażoną w zegar czasu pracy, odmierzający czas procesu od startu wirowania bez opcji opóźnionego odliczania uzależnionego od osiągniętych obrotów?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie zmienia treść pkt 6 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
11.	30.11.2017	Dotyczy punktu 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę z funkcją automatycznego przechodzenia w stan uśpienia / wygaszenia wyświetlacza cyfrowego po każdym zakończonym cyklu wirowania z możliwością wyłączenia tej funkcji ?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie zmienia treść pkt 9 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
12.	30.11.2017	Dotyczy punktu 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone jedynie w 6 przycisków szybkiego dostępu dla 6 możliwych do zapisania i edycji programów wirowania ?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie zmienia treść pkt 10 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
13.	30.11.2017	Dotyczy punktu 16. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia wyposażonego w system chłodzenia komory z funkcją wstępnego schłodzenia komory do żądanej temperatury bez opcji programowania dnia i godziny automatycznego uruchomienia procesu ? Proponowane rozwiązanie jest standardowo wykorzystywane w większości dostępnych obecnie urządzeń i eliminuje ryzyko uruchomienia procesu w niewłaściwych warunkach.	Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie zmienia treść pkt 16 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.



UNIwersYTET GDAŃSKI



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-156/17/PJ

14.	30.11.2017	Dotyczy punktu 17. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia w system wstępnego schładzania komory bez opcji stałego schładzania?	Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie wykreśla wymaganie zawarte w pkt 17 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
15.	30.11.2017	Dotyczy punktu 20. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnym poborze mocy 1950 W ?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie zmienia treść pkt 20 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
16.	30.11.2017	Czy Zamawiający dopuści wirówkę o szerokości 75 cm?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie zmienia treść pkt 23 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
17.	30.11.2017	Czy Zamawiający dopuści wirówkę o głośności do 64 dB?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie zmienia treść pkt 24 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.
18.	30.11.2017	Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu USB?	Zamawiający dopuszcza i jednocześnie wykreśla wymaganie zawarte w pkt 26 załącznika nr 1a do SIWZ – zgodnie z dokumentem „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.

W związku z odpowiedziami na pytania, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje o zmianach zawarte są w dokumencie „Zmiana treści SIWZ z dnia 07.12.2017”.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 28.12.2017 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

STARSZY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

mgr Paulina Jedziejczyk