



UNIWERSYTET GDAŃSKI

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-156/17/PJ

Gdańsk, dnia 07.12.2017 r.

L.dz. A120-2086/17/PJ

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-156/17/PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579).

Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca:

1. W pkt 2 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

było:

2. Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie:

- 1) 100-5.000 rpm, ze skokiem nie większym niż 10 rpm,
- 2) 5.000-13.700 rpm ze skokiem nie większym niż 100 rpm.

zapis zostaje zmieniony na:

2. Możliwość regulacji prędkości rpm w całym zakresie ze skokiem nastawy nie większym niż 100 rpm.

2. W pkt 4 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

było:

4. Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próbki.

zapisy zostają zmienione na:

4. Możliwość wprowadzenia co najmniej 9 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próbki.

3. W pkt 5 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

było:

5. Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania.

zapis zostaje zmieniony na:

5. Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z rozpędzaniem rotora do prędkości maksymalnej bez funkcji nastawy obrotów.

4. W pkt 6 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:

było:

6. Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości.

zapis zostaje zmieniony na:

6. Zegar czasu pracy od startu wirowania.



UNIWERSYTET GDAŃSKI



DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Postępowanie nr A120-211-156/17/PJ

5. W pkt 9 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
9. Funkcja automatycznego wyłączenia po 1, 2, 4 lub 8 godzinach bezczynności.
zapis zostaje zmieniony na:
9. Funkcja automatycznego przechodzenia w stan uśpienia w stanie bezczynności.
6. W pkt 10 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
10. Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 99 programów wirowania, z czego 5 przycisków programowych na panelu głównym wirówki.
zapis zostaje zmieniony na:
10. Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 6 programów wirowania, z czego przynajmniej 5 przycisków programowych na panelu głównym wirówki.
7. W pkt 16 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
16. Funkcja szybkiego schładzania wstępnego komory z możliwością zaprogramowania automatycznego wstępnego schładzania w danym dniu i czasie.
zapis zostaje zmieniony na:
16. Funkcja schładzania wstępnego komory.
8. W pkt 17 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
17. Możliwość stałego schładzania w celu utrzymania temperatury wirówki, nawet gdy nie jest ona używana.
zapis z pkt 17 zostaje wykreślony.
9. W pkt 20 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
20. Pobór mocy ok 1650W.
zapis zostaje zmieniony na:
19. Pobór mocy nie większy niż 2000 W.
10. W pkt 23 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
23. Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 74x71x41.
zapis zostaje zmieniony na:
22. Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 75x71x41.
11. W pkt 24 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
24. Głośność urządzenia: nie większa niż 60dB (A).
zapis zostaje zmieniony na:
23. Głośność urządzenia: nie większa niż 65 dB (A).
12. W pkt 26 załącznik nr 1a do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
było:
26. Port USB umożliwiający aktualizację oprogramowania.
zapis z pkt 26 zostaje wykreślony.



UNIwersytet Gdański

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH



Postępowanie nr A120-211-156/17/PJ

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza zmodyfikowany Załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia o nazwie „Załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia z dnia 07...12.2017”, który zastępuje dotychczasowy Załącznik nr 1a do SIWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie: termin składania ofert do dnia 28.12.2017 r. do godz.12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2017 r. o godz. 12:30.

Z poważaniem

PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załącznik:

1. Załącznik nr 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia z dnia 07...12.2017