

Uniwersytet Gdański
 ul. Jana Bażyńskiego 8
 80-309 Gdańsk
 L.dz. A120-211-159/17/ZZ

Gdańsk dnia 22.12.2017r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-159/17/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: zamrażarki niskotemperaturowej skrzyniowej 1 szt. dla Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego.

W odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	28.11.2017r.	Czy Zamawiający dopuszcza zewnętrzne wymiary zamrażarki 88,5 cm x 69,8 cm x 156,2 cm (wysokość x głębokość x szerokość)?	TAK.
2.	28.11.2017r.	Czy Zamawiający dopuszcza wewnętrzne wymiary zamrażarki 63 cm x 44 cm x 140 cm (wysokość x głębokość x szerokość)?	NIE. Proponowane wymiary (wysokość i głębokość) nie przekraczają wymaganych minimów
3.	28.11.2017r.	Czy Zamawiający dopuszcza pudełka z tworzywa sztucznego, dedykowane do niskich temperatur ?	NIE. Zamawiający nie dopuszcza użycia innych pudełek niż wyspecyfikowane
4.	28.11.2017r.	Czy Zamawiający dopuszcza regały mieszczące 11 pudełek niskich i 7 pudełek wysokich ?	NIE. Zamawiający wymaga stosowania typów regałów podanych w SIWZ.
5.	07.12.2017r.	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową skrzyniową o szerokości zewnętrznej 123,5 cm oraz szerokości wewnętrznej 72,5 cm, spełniającą pojemność oraz pozostałe wymiary wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	TAK. Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną 123,5 cm oraz szerokość wewnętrzną 72,5 cm pod warunkiem zachowania pozostałych wymiarów i pojemności podanych w SIWZ.
6.	07.12.2017r.	Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową skrzyniową z zestawem zawierającym 2 typy regałów: 1) regał mieszczący 14 pudełek niskich, 2) regał mieszczący 9 pudełek wysokich? Proszę również o doprecyzowanie ilości regałów na pudełka niskie i wysokie.	NIE. Zamawiający wymaga stosowania typów regałów podanych w SIWZ. Ponadto, ilość regałów na pudełka niskie i wysokie podana jest w załączniku do SIWZ z dokładnością do sztuki, doprecyzowanie więc ich ilości jest zbędne.
7.	15.12.2017r.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności nominalnej 359l, (o wymiarach wewnętrznych szer. x gł. x wys. (mm): 1077×470×706 oraz zewnętrznych: 1829×829×1028 – wskazane wymiary są zgodne z wymaganymi przez Państwa oraz	NIE. Zgodnie z rozdziałem II pkt 8 załącznika nr 1 A – objętość przechowywania(pojemność) winna być nie mniejsza niż 360 litrów

		mieszczą wymaganą ilość regałów)?	
8.	15.12.2017r.	Czy Zamawiający wymaga aby zaoferować 11 regałów 8 półkowych i 10 regałów 12-półkowych?	Zamrażarka musi zmieścić 21 regałów w tym 11 regałów 8 półkowych i 10 regałów 12-półkowych.
9.	15.12.2017r.	Proszę o wskazanie miejsca do którego ma być dostarczone urządzenie (które piętro oraz czy jest winda, która zmieści produkt o wskazanych wymiarach)	Zgodnie z zapisem rozdziału III pkt 4 SIWZ: Miejsce dostawy urządzenia: Katedra Biologii Molekularnej i Komórkowej Uniwersytetu Gdańskiego, 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 58 pok. 206 tj. 2 piętro. Jest winda, która zmieści dostarczone urządzenie.
10.	20.12.2017r.	Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę która spełnia wymogi pojemnościowe przy wymiarach zewnętrznych 85x69,5x 156 cm (wys. x gł. x szer.)? Parametr ten jest korzystniejszy dla Zamawiającego gdyż przy spełnieniu wymaganej pojemności zamrażarka zajmuje mniej miejsca w laboratorium.	Tak Zamawiający dopuści pod warunkiem zachowania pozostałych wymiarów i pojemności podanych w SIWZ
11.	20.12.2017r.	Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę która spełnia wymogi pojemnościowe przy wymiarach wewnętrznych 63,5 x 44 x 119 cm (wys. x gł. x szer.)? Parametr ten jest korzystniejszy dla Zamawiającego gdyż przy spełnieniu wymaganej pojemności zamrażarka zajmuje mniej miejsca w laboratorium.	NIE. Proponowane wymiary (wysokość i głębokość) nie przekraczają wymaganych minimów
12.	20.12.2017r.	Czy Zamawiający dopuszcza zamrażarkę która spełnia wymogi pojemnościowe przy wymiarach wewnętrznych 63,5 x 44 x 140 cm (wys. x gł. x szer.)? Parametr ten jest korzystniejszy dla Zamawiającego gdyż przy spełnieniu wymaganej pojemności zamrażarka zajmuje mniej miejsca w laboratorium.	NIE. Proponowane wymiary (wysokość i głębokość) nie przekraczają wymaganych minimów
<p>Uwaga termin składania ofert i otwarcia ofert <u>nie ulega zmianie:</u> Termin składania ofert do 10.01.2018r. do godz.12:00 Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 10.01.2018r. o godz. 12:30</p>			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Zbigniew Ziercki