

Uniwersytet Gdański
 ul. Jana Bażyńskiego 8
 80-309 Gdańsk
 L.dz. A120-2169.../17/ZZ

Gdańsk dnia 21.12.2017r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**


Dotyczy: postępowania nr A120-211-157/17/ZZ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: Dostawa zamrażarki laboratoryjnej 1 szt. z systemem chłodzenia o zakresie temperatur od -40°C do -86°C oraz pojemności od 84 do 115 litrów dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

| Nr pytania | Data wpływu | Treść pytania | Odpowiedź Zamawiającego |
|------------|--------------|--|--|
| 1. | 07.12.2017r. | Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o pojemności 82 litry? | Zamawiający nie dopuszcza zamrażarki o pojemności 82 litrów Zgodnie z zapisem w rozdziale XIV pkt 1 ppkt 2 SIWZ cyt."Wskazanie przez Wykonawcę innej pojemności niż określone przez Zamawiającego lub brak zaznaczenia jednego z podanych wariantów, będzie traktowane jako niezgodność oferty z SIWZ i będzie skutkowało jej odrzuceniem na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy" |
| 2. | 07.12.2017r. | Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości zewnętrznej 530mm? | TAK pod warunkiem zachowania pozostałych wymiarów i pojemności podanych w SIWZ <u>tj nie mniej niż 84 litry i nie więcej niż 115 litrów</u> |
| 3. | 07.12.2017r. | Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o szerokości wewnętrznej 340mm? | TAK pod warunkiem zachowania pozostałych wymiarów i pojemności podanych w SIWZ <u>tj nie mniej niż 84 litry i nie więcej niż 115 litrów</u> |
| 4. | 07.12.2017r. | Czy Zamawiający dopuści urządzenie z zakresem nastawnym temperatury chłodzenia od -60°C do -86°C spełniające pozostałe | Tak Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem nastawnym temperatury chłodzenia od -60°C do -86°C |

| | | wymagania SIWZ? | spełniające pozostałe wymagania SIWZ. |
|--|--------------|---|--|
| 5. | 14.12.2017r. | Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę laboratoryjną z zakresem temperatury od -60°C do -86°C, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? W przypadku urządzeń pracujących w wyższych temperaturach następuje znacznie szybsze zużywanie się kompresorów obecnych w zamrażarce i ich większą awaryjność. Jeśli Zamawiający nie będzie pracował w zakresie temperatury od -40 do -60°C i nie dopuszcza proponowanego przez nas urządzenia, proszę o wyjaśnienie | Tak Zamawiający dopuszcza zamrażarkę laboratoryjną z zakresem temperatury od -60°C do - 86°C spełniającą pozostałe wymagania SIWZ. |
| <p>Uwaga termin składania ofert i otwarcia ofert <u>nie ulega zmianie:</u> Termin składania ofert do 16.01.2018r. do godz.12:00 Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 16.01.2018r. o godz. 12:30</p> | | | |

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Kiderski