



Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-41/18/MP

Gdańsk, dnia 11.01.2018 roku.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-181/17/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa mikroskopu stereoskopowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 29.12.2017 r. pod numerem 2017/S 249-524949.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytanie zadane do postępowania.

L.p.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Czy Zamawiający dopuści mikroskop stereoskopowy o większym powiększeniu zoom 12,5:1 (pkt 1.1.) 1) z wbudowaną, kodowaną, regulowaną przysłoną aperturową (pkt 1.2.) 2) płynną lub skokową, kodowaną (możliwość ustawienia przez użytkownika) zmianą powiększeń typu zoom, odczytywaną automatycznie przez oprogramowanie (wraz z przysłoną irysową) bez konieczności ręcznego zadawania powiększenia w oprogramowaniu (pkt 1.3.) 3) dający dużo większe powiększenie całkowite głowicy mikroskopu regulowane w zakresie od x0,8 do x10 (pkt 1.4.)?	Zamawiający wymagał aby powiększenie zoom było min 10:1. Przez co dopuszcza do złożenia oferty na sprzęt posiadający parametr lepszy niż wskazany w opisie co nie wymaga zadawania pytań o dopuszczenie. 1) Parametry oferowane przez Wykonawcę są lepsze niż ujęte w pkt. 1.2. opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) co nie wymaga zadawania pytań o dopuszczenie. 2) Parametry oferowane przez Wykonawcę są lepsze niż ujęte w pkt. 1.3. OPZ co nie wymaga zadawania pytań o dopuszczenie. 3) Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	Czy Zamawiający dopuści mikroskop wyposażony w okulary z gumowymi muszlami ocznymi o powiększeniu x25, o dużo większym polu widzenia FOV 9,5 mm w porównaniu z okularami x30 dającymi pole widzenia FOV 7mm, z korekcją dioptryjną -6/+5 dioptrii, o większym całkowitym zakresie powiększeń mikroskopu w zakresie x16 - x200 (pkt 1.7.)?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	Czy zamawiający dopuści mikroskop z kodowaną podstawą do obserwacji w świetle przechodzącym z możliwością przełączenia obserwacji w jasnym polu, oświetleniu skośnym (kontraście Rottermana) i ciemnym polu, z regulacją oświetlenia i przysłoną z poziomu oprogramowania (pkt 1.10.)?	Parametry oferowane przez Wykonawcę są lepsze niż ujęte w pkt. 1.10. OPZ co nie wymaga zadawania pytań o dopuszczenie.



4.	Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową do mikroskopu o: 1) takiej samej rozdzielczości (pkt 3.1.); 2) wyższym zakresem dynamiki - 14 bit (pkt 2.3.); 3) większym zakresem czasu ekspozycji od 1 mikrosekundy do 60 sekund (pkt. 2.4); 4) czasem odświeżania 9 fps przy maksymalnej rozdzielczości 2560 x 1920, 18 fps przy rozdzielczości 1280 x 960 (pkt 2.5.)?	1) Parametry oferowane przez Wykonawcę są lepsze bądź takie same niż ujęte w pkt. 2.1. OPZ co nie wymaga zadawania pytań o dopuszczenie. 2) Parametry oferowane przez Wykonawcę są lepsze bądź takie same niż ujęte w pkt. 2.3. OPZ co nie wymaga zadawania pytań o dopuszczenie. 3) Parametry oferowane przez Wykonawcę są lepsze bądź takie same niż ujęte w pkt. 2.4. OPZ co nie wymaga zadawania pytań o dopuszczenie. 4) Zamawiający nie wyraża zgody.
----	--	--

Wszystkie warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Magdalena Pietruszewska