

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
L.dz. A120-187/18/MG

Gdańsk, dnia 06.02.2018 r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-2/18/MG przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę inkubatora CO₂ dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	01.02.2018	Czy Zamawiający dopuszcza jednorodność CO ₂ : +/- 0,2% i jednorodność temperatury: +/- 0,25°C, przy spełnieniu pozostałych wymagań?	Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych



mgr Marta Grygiel