

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

L.dz. A120-~~417~~./18/RR

Gdańsk, dnia 12.03.2018 r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-20/18/RR przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na: **DOSTAWĘ ODWRÓCONEGO MIKROSKOPU FLUORESCENCYJNEGO dla MIĘDZYUCZELNIANEGO Wydziału BIOTECHNOLOGII Ug i GUMed**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	W SIWZ rozdział III p. 6 i projekcie umowy §6 p. 1 mowa jest o gwarancji producenta. Stroną w postępowaniu jest wykonawca. Natomiast oferowany sprzęt może pochodzić od kilku różnych producentów. W związku z tym czy dopuszcza się gwarancję wykonawcy zamiast gwarancji producenta.	Zamawiający wymaga gwarancji producenta – zgodnie z SIWZ.
2	W SIWZ rozdział III p. 4 i projekcie umowy §7 p. 5 mowa jest o dodatkowych wymogach jakie ma spełniać wyrób jako „urządzenie biurowe”. Przedmiot zamówienia nie jest urządzeniem biurowym lecz urządzeniem laboratoryjnym, a w szczególnym przypadku gdy spełnia odpowiednie wymogi wyrobem medycznym IVD. W związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogów zawartych w w/w punktach.	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis w § 7 ust. 2 pkt 5 ppkt a, b, c jest zapisem warunkowym. To na Wykonawcy spoczywa odpowiednie zastosowanie się do zapisu § 7 ust. 2 pkt 5 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ tj. „ w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz.U. z 2012r. poz. 1203 z późn. zm.) ...”.
3	W projekcie umowy §6 p. 6 wymagany jest czas usunięcia wad do 10 dni roboczych od zgłoszenia. Czy Zamawiający zgodzi się wydłużenie tego terminu do 30 dni w przypadku gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapis §6 ust. 6 zgodnie z załącznikiem nr 5 - projekt umowy z dnia 12.03.2018r.

4	Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu wymiany wadliwego elementu lub sprzętu do 30 dni od dnia zgłoszenia (projekt umowy §6 p. 7)	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający wydłuża termin na 30 dni, modyfikując zapis §6 p. 7 zgodnie z załącznikiem nr 5 - projekt umowy z dnia 12.03.2018r.
5	Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych przewidzianych w projekcie umowy w §8 p. 1. 1 do wysokości 0,3% za każdy dzień opóźnienia i w §8 p. 1.2 do 0,2% za każdy dzień opóźnienia. Obecnie przewidziane kary są wyjątkowo wysokie i w takiej wysokości rzadko spotykane w postępowaniach o dostawę urządzeń podobnego typu jak w tym postępowaniu	Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


SPECJALISTA
Dział Zamówień Publicznych
mgr Rafał Rzepecki