

**Dostawa chłodziarek dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami
Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego**

Chłodziarka - 15 szt.

1. Wolnostojąca (nie pod zabudowę)
2. Pojemność minimum 70 L
3. Wysokość pomiędzy 80-85 cm.
4. Szerokość pomiędzy 45-55 cm.
5. Głębokość pomiędzy 40-50 cm.
6. Kolor frontu i boków: biały
7. Klasa energetyczna: minimum A
8. Zużycie energii nie wyższe niż 115 kWh/rok.
9. Możliwość regulacji temperatury mechanicznie lub elektronicznie
10. Wyposażenie: jedna szuflada, minimum 2 półki szklane wykonane ze szkła „bezpiecznego”, minimum 2 półki w drzwiach.
11. Brak zamrażarki
12. Kabel zasilający PL