

Uniwersytet Gdański  
ul. Jana Bażyńskiego 8  
80 – 309 Gdańsk  
L.dz. A120-734/18/SS

Gdańsk, dnia 24.04.2018 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-19/18/SS na „I część – Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; II część – Dostawa mikrowirówki laboratoryjnej stołowej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	16.04.2018	<p><u>Pytania do umowy:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (§ 8 ust. 1 pkt. 1 i 2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?</li> <li>2. (§8 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?</li> <li>3. (§8 ust. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?</li> <li>4. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?</li> <li>5. Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?</li> </ol>	<p><u>Odpowiedzi na pytania do umowy:</u></p> <p><u>Ad. 1</u> Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p><u>Ad. 2</u> Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p><u>Ad. 3</u> Zamawiający nie wyraża zgody</p> <p><u>Ad. 4</u> Zamawiający określił sposób porozumiewania w § 6 projektu umowy</p> <p><u>Ad. 5</u> Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ: 1) zgodnie z zapisami w rozdz. XI SIWZ oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) ma być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, 2) zgodnie z zapisami w rozdz. VII SIWZ oświadczenia muszą być składane w oryginale, 3) dokumentacja nie jest obszerna.</p>
2	16.04.2018	<p><u>Pytania do części I</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę o parametrach RCF max. 9 800 o prędkości wirowania w zakresie 500 – 12 500 rpm?</li> <li>2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zamiast funkcji automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania posiada dedykowany przycisk do otwierania pokrywy wirówki po zakończonym wirowaniu?</li> </ol>	<p><u>Odpowiedzi na pytania do części I</u></p> <p><u>Ad. 1</u> Ze względu na proces badawczy związany z wpływem Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej Zamawiający nie wyraża zgody.</p> <p><u>Ad. 2</u> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

Postępowanie A120-211-19/18/SS

		<p><u>Pytania do części II</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę o parametrach RCF max. 9 800 o prędkości wirowania w zakresie 500 – 12 500 rpm?</li><li>2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z możliwością ustawienia czasu w zakresie 1s do 30 min?</li><li>3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wirówkę bez możliwości ustawienia pracy ciągłej?</li><li>4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zamiast funkcji automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania posiada dedykowany przycisk do otwierania pokrywy wirówki po zakończonym wirowaniu?</li></ol>	<p><u>Odpowiedzi na pytania do części II</u></p> <p><u>Ad. 1</u> Zamawiający nie wyraża zgody - procedury wymagają zakresu minimum do 14 000 rpm.</p> <p><u>Ad. 2</u> Zamawiający nie wyraża zgody - procedury wymagają zakresu do 60 minut.</p> <p><u>Ad. 3</u> Zamawiający nie wyraża zgody.</p> <p><u>Ad. 4</u> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
3	20.04.2018	<p><u>Dotyczy części II</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę z zakresem czasu wirowania 30 sekund-999 minut + wirowanie ciągłe?</li><li>2. Czy dopuszcza się wirówkę o wymiarach zewnętrznych (S x G x W): 26,2 x 23 x 13,1cm?</li></ol>	<p><u>Ad. 1</u> Zamawiający nie wyraża zgody – większość procedur wirowania DNA po reakcji enzymatycznej wymaga 15 sekund.</p> <p><u>Ad. 2</u> Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GLÓWNY SPECJALISTA  
ds. Zamówień Publicznych

*mgr Sylwia Skabara*