

Opis przedmiotu zamówienia

„I część – Dostawa wirówki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”

Wymagane minimalne parametry techniczne:

1. Rotor o pojemności min. 12 probówek 1,5/2,0ml
2. Maks. RCF: nie gorsza niż: 15 000xg
3. Prędkość w zakresie od min. 500 do min 15000 obr./min.
4. Podświetlany wyświetlacz czasu wirowania oraz prędkości
5. Czas rozpędzania max 30 sekund
6. Czas hamowania maks. 60 sekund
7. Bezszcotkowy silnik elektryczny
8. Pokrywa – automatycznie otwierana po zakończeniu cyklu wirowania
9. Blokada startu przy otwartej pokrywie
10. Dodatkowy rotor na probówki 16x0,2ml lub dwa paski po 8 probówek PCR