

L. dz. A120 – 752 /18/MB

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Dotyczy: postępowania nr A120-211-51/18/MB prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa inkubatora z wytrząsaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania:

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	20.04.2018	Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z prędkością w zakresie 20-500 rpm?	Zamawiający nie wyraża zgody  Ze względu na proces badawczy ujęty w projekcie i skupiający się w środowisku badań nad nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych, próbki muszą być poddane procesowi inkubacji od min 15 rpm. Ze względu na współpracę naukową z innymi ośrodkami badawczymi proces inkubacji musi przebiegać w takich samych warunkach.
2	20.04.2018	Czy Zamawiający nie popełnił błędu w czasie wytrząsania (pkt 7) i zamiast od 0,1 minuty miał na myśli od 0,1 h?	Zamawiający modyfikuje treść pkt 7 w załączniku nr 1a „Możliwość wytrząsania w sposób ciągły lub okresowy od 0,1 minuty do 999 minut” Modyfikacja będzie uwidoczniowana w pkt 7 w nowym załączniku tj. Załącznik nr 1a, modyfikacja z 26.04.2018, do SIWZ
3	20.04.2018	Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wyświetlaczem LCD podzielonym na 3 sekcje: prędkość, czas, i temperatura, wykorzystujący jednocześnie informacje zarówno o parametrach zadanych jak i aktualnych?	Zamawiający modyfikuje treść pkt 8 w załączniku nr 1a „Możliwość odczytu prędkości, czasu pracy i temperatury na jednym bądź kilku wyświetlaczach” Modyfikacja będzie uwidoczniowana w pkt 8 w nowym załączniku tj. Załącznik nr 1a, modyfikacja z 26.04.2018, do SIWZ
4	20.04.2018	Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z platformą uniwersalną o wymiarach 350x350 mm?	Zamawiający w SIWZ ujął wymagane parametry <u>minimalne</u> i podtrzymuje te zapisy

Z poważaniem

SPECJALISTA  
ds. zamówień publicznych  
  
mgr Marek Bocian