

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk
L.dz. A120-785 /18/SS

Gdańsk, dnia 07.05.2018 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-54/18/SS na „Dostawa wytrząsarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	20.04.2018	Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę z inkubacją z orbitą 20 mm?	Zamawiający ze względu na proces badawczy związany z pracami nad nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych w oparciu o koniugaty peptydowe nie wyraża zgody.

Termin składania ofert i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
[Podpis]
mgr Sylwia Skabara