

UNIwersytet GDAŃSKI
UL. JANA BAŻYŃSKIEGO 8
80-309 GDAŃSK
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
L.dz. A120-844/18/MR

Gdańsk, dnia 14.05.2018 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania nr A120-211-61/18/MR przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę łaźni z termoregulacją dla Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego**” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 18.04.2018 roku pod numerem 2018/S 075-166634.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuści łaźnię o szerokości zewnętrznej 500 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?	W związku z ograniczoną przestrzenią gdzie będzie ustawiona łaźnia Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert oraz inne warunki nie ulegają zmianie.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej


Małgorzata Redzik