

postępowanie nr A120-211-70/18/ZZ –pytania i odpowiedzi

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
L.dz. A120-...*772*.../18/ZZ

Gdańsk dnia 27.04.2018r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr **A120-211-70/18/ZZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę wirówek z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania do opisu przedmiotu zamówienia	Odpowiedź Zamawiającego
1.	23.04.2018r.	Ad. poz. 1 – miniwirówka bez chłodzenia , z wyposażeniem 1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o czasie przyspieszania do maks. prędkości 14 sekund? 2. Czy Zamawiający dopuści rotor 24 x 1,5/2,0 ml, wyposażony w nieprzezroczystą, autoklawowalną pokrywę?	<u>Odpowiedź na pytanie 1 i 2:</u> Zamawiający dopuszcza wirówkę z czasem przyspieszania do maksymalnej prędkości wynoszącym 14 sekund ale pod warunkiem, że rotor będzie posiadał przezroczystą pokrywę i pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
2.	23.04.2018r.	Ad. poz. 2 - Miniwirówka z chłodzeniem 1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę posiadającą pokrętło w panelu sterowania? 2. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o czasie przyspieszania do maks. prędkości – 20 sekund? 3. Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach (szer x gł x wys) 28,1 x 55,3 x 26 cm?	<u>Odpowiedź na pytanie 1, 2 i 3:</u> Zamawiający dopuszcza wirówkę z czasem przyspieszania do maksymalnej prędkości wynoszącym 20 sekund i podanymi wymiarami, ale pod warunkiem, że z obudowy nie będą wystawać pokrętła i pozostałe parametry będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

postępowanie nr A120-211-70/18/ZZ –pytania i odpowiedzi

3.	23.04.2018r.	<p>Ad. poz. 3 – wirówka nastołowa</p> <p>1. Czy Zamawiający dopuści wirówkę</p> <ul style="list-style-type: none">- z pokrętkiem w panelu sterowania- o czasie pracy max 99h:59 min; 59 s- wadze ok. 108 kg- wymiarach (wys x szer x gł) 42,3 x 71,3 x 65,4 cm- rotor wymagający zastosowania klucza dołączonego do dostawy- wyposażoną w rotor horyzontalny 4 x 600 ml o RPM 4800 (4740 xg)- wyposażoną w rotor kątowy 6 x 94 ml o RPM 11 000 (16 504xg) ?	<p><u>Odpowiedź na pytanie 1:</u> Zamawiający, nie dopuszcza wirówki o przedstawionych parametrach, ponieważ nie wynika z nich, że pozostałe parametry są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Dodatkowo zamawiający nie dopuszcza wirówki z pokrętkami w panelu sterowania oraz z rotorem wymagającym akcesoriów do jego wymiany.</p>
<p>Uwaga termin składania ofert i otwarcia ofert <u>nie ulega zmianie:</u> Termin składania ofert do 29.05.2018r. do godz.12:00 Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29.05.2018r. o godz. 12:30</p>			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Zbigniew Ziorski

