

postępowanie nr A120-211-70/18/ZZ – pytania i odpowiedzi

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
L.dz. A120-...⁸²⁴.../18/ZZ

Gdańsk dnia 10.05.2018r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW II ZESTAW

Dotyczy: postępowania nr **A120-211-70/18/ZZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę wirówek z wyposażeniem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.**

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania do opisu przedmiotu zamówienia	Odpowiedź Zamawiającego
1.	07.05.2018r.	Dotyczy: Zadania 1 Miniwirówka bez chłodzenia, z wyposażeniem – 4 szt. - Waga 10 kg (+/- 1 kg) Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wirówki o wadze 11,5 kg	Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie wirówki o wadze 11,5 kg, pod warunkiem, że zaproponowana wirówka będzie spełniała pozostałe parametry przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
2.	07.05.2018r.	Dotyczy: Zadania 2 Miniwirówka z chłodzeniem – 4 szt. - Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 30 x 40 x 30 cm +/- 5 cm Czy zamawiający wyrazi zgodę na wirówkę o wymiarach x (szer. x głęb. x wys) 260 x 547 x 281 mm	Zamawiający nie wyraża zgody na wirówkę o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 260 x 547 x 281 mm – jeden z wymiarów nie mieści się w dopuszczalnych granicach.





postępowanie nr A120-211-70/18/ZZ – pytania i odpowiedzi

3.	07.05.2018r.	<p>Dotyczy: Zadania 3 Wirówka nastołowa dużej pojemności z chłodzeniem – 4 szt. - Waga 90 kg +/- 2 kg - Wymiary (wys. x szer. x gł.): 35 x 65 x 60 cm +/- 5 cm Czy zamawiający zgodzi się na wirówkę o wadze min 93 kg Czy zamawiający zgodzi się na wirówki o wymiarach wys. x szer. x gł.): 456 x 554 x 706</p>	<p>Zamawiający nie zgadza się na wirówkę o wadze min 93 kg – takie sformułowanie sugeruje, że wirówka może mieć dowolną wagę nie mniejszą niż 93 kg.</p> <p>Zamawiający nie zgadza na wirówkę o wymiarach (wys. x szer. x gł.) 456 x 554 x 706 mm – wymiary za bardzo odbiegają od dopuszczalnych wartości.</p>
<p>Uwaga termin składania ofert i otwarcia ofert <u>nie ulega zmianie:</u> Termin składania ofert do 29.05.2018r. do godz.12:00 Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29.05.2018r. o godz. 12:30</p>			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zborak

