

postępowanie nr A120-211-71/18/ZZ – pytania i odpowiedzi

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
L.dz. A120-.....⁷²⁴...../18/ZZ

Gdańsk dnia 23.04.2018r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr **A120-211-71/18/ZZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę inkubatorów dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi według części:**

- Część I – inkubatorów CO₂ – 6 szt.
- Część II – inkubatora – CO₂/O₂ – 1 szt.
- Część III – inkubatorów mikrobiologicznych – 2 szt.
- Część IV – inkubatora z chłodzeniem – 1 szt.
- Część V – inkubatorów z wytrząsaniem – 2 szt.
- Część VI – inkubatora z wytrząsaniem i chłodzeniem – 1 szt.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.


Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania do projektu umowy	Odpowiedź Zamawiającego na pytania do umowy
1.	20.04.2018r.	Część I – inkubator CO ₂ – 6 sztuk Czy Zamawiający dopuści inkubator ze sterylizacją gorącym powietrzem w temperaturze 145°C, tak samo skuteczną, zajmującą mniej czasu i mniej niebezpieczną dla użytkownika ?	Zgodnie z wytycznymi CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zawartymi w dokumencie „Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej” sterylizacja gorącym powietrzem w niższej temperaturze skutkuje wydłużeniem czasu sterylizacji. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza inkubatora ze sterylizacją gorącym powietrzem w temperaturze 145°C.



postępowanie nr A120-211-71/18/ZZ –pytania i odpowiedzi

2.	20.04.2018r.	Część II – inkubator CO2/O2 – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści inkubator ze sterylizacją gorącym powietrzem w temperaturze 145°C, tak samo skuteczną, zajmującą mniej czasu i mniej niebezpieczną dla użytkownika ?	Zgodnie z wytycznymi CDC (Centers for Disease Control and Prevention) zawartymi w dokumencie „Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej” sterylizacja gorącym powietrzem w niższej temperaturze skutkuje wydłużeniem czasu sterylizacji. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza inkubatora ze sterylizacją gorącym powietrzem w temperaturze 145°C.
Uwaga termin składania ofert i otwarcia ofert <u>nie ulega zmianie:</u> Termin składania ofert do 30.05.2018r. do godz.12:00 Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.05.2018r. o godz. 12:30			

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Zbigniew Zdorski