

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bążyńskiego 8
80-309 Gdańsk
L.dz. A120-.../18/SK

Gdańsk dnia 19.05.2018r.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-56/18/SK prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ DLA WYDZIAŁU BIOLOGII UNIWERSYTETU GDANSKIEGO WG CZĘŚCI: CZĘŚĆ I: DOSTAWA WIROWKI LABORATORYJNEJ; CZĘŚĆ II: DOSTAWA TERMOCYKLERA DO REAKCJI PCR W CZASIE RZECZYWISTYM WRAZ Z WYPOSĄŻENIEM.

W odpowiedzi na pytania zadane do postępowania, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art.38 ust.1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania do części I (inkubatory CO2- 6 sztuk):	Odpowiedź Zamawiającego
1.	07.05.2018r.	(§8 ust.1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?	Zamawiający nie wyraża zgody.
2.	07.05.2018r.	(§8 ust. 1 pkt. 1-2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO dostawy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
3.	07.05.2018r.	(§8 ust. 2 i ust.3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
4.	07.05.2018r.	Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczenia dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?	Zamawiający nie wyraża zgody.
5.	07.05.2018r.	Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?	Zamawiający dopuszcza e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji.
6.	07.05.2018r.	Część II. Czy Zamawiający punkcie 4 dopuści aparat z wymiennymi blokami 96 i 384?	Tak.
7.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w punkcie 5 aparatu z zakresem temperatury bloku 37-99°C.	Zamawiający nie wyraża zgody.

8.	07.05.2018r.	Część II. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści aparat z równomiernością rozkładu temperatury $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$	Tak.
9.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 8 aparatu z zakresem próbki 10-100 μl dla bloku 96 i 5-20 μl dla bloku 384.	Zamawiający nie wyraża zgody.
10.	07.05.2018r.	Część II. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 9 aparatu z maksymalną szybkością zmiany temperatury 4,4 $^{\circ}$ /s	Tak.
11.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w punktach 10-12 aparatu bez opcji gradientu termicznego, ale spełniającego pozostałe parametry.	Zamawiający nie wyraża zgody.
12.	07.05.2018r.	Część II. Czy Zamawiający w punkcie 13 dopuści aparat z pokrywą z grzaniem do 100 $^{\circ}\text{C}$?	Tak.
13.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 15 i 17 aparatu z pojedynczą diodą LED.	Zamawiający nie wyraża zgody.
14.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w punkcie 18 urządzenia z 5 kanałami wzbudzenia światła i 6 kanałami detekcji fluorescencji.	Tak
15.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w punkcie 19 aparatu z gotowym systemem do detekcji reakcji z użyciem barwników: SYBR GREEN, FAM, HEX, VIC, TET, Cal Gold 540, ROX, TEXAS RED, Cal Red 610, Cy5, Quasar 670, Cy 5.5	Zamawiający nie wyraża zgody.
16.	07.05.2018r.	Część II. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 24 aparat z możliwością programowania z komputer?	Tak.
17.	07.05.2018r.	Część II. Czy Zamawiający w punkcie 25 dopuści aparat z możliwością połączenia do komputer przez LAN10/100 Base T.?	Zamawiający nie wyraża zgody.
18.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w punktach 31, 34 i 35 aparatu z zewnętrznym oprogramowaniem	Tak

		pozwalającym wykonać wymagane analizy.	
19.	07.05.2018r.	Część II. Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie punktu 38.	Zamawiający nie usuwa treści pkt 38. Zamawiający dopuszcza jednak aparat który nie będzie posiadał oprogramowania do sterowania aparatem umożliwiającym również analizę stabilności genów referencyjnych, a jej wynik przedstawi w postaci graficznej.
20.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.	Zamawiający nie wyraża zgody.
21.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 6 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inną osobą ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez взгляд na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.	Zamawiający nie wyraża zgody.
22.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”	Zamawiający nie wyraża zgody.
23.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 8 ust. 1 pkt 1-2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwfoki”?	Zamawiający nie wyraża zgody.
24.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 8 ust. 1 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 0,5% wartości brutto wynagrodzenia?	Zamawiający nie wyraża zgody.

25.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości brutto wynagrodzenia?	Zamawiający nie wyraża zgody.
26.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
27.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 11 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?	Zamawiający nie wyraża zgody.
28.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?	Zamawiający nie wyraża zgody.
29.	07.05.2018r.	Dotyczy Projektu umowy. Par. 14 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.	Zamawiający nie wyraża zgody.

Uwaga termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

Termin składania ofert do 30.05.2018r. do godz.10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 30.05.2018r. o godz. 10:30

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej

RZEWODNICZĄCY
STARSZY Komisji Przetargowej
ds. zamówień publicznych

mgr Skawonir-KW