

Postępowanie A120-211-69/18/PP

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk
L.dz. A120-263/18/PP

Gdańsk, dnia 06.07.2018 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA – ZESTAW NR 2**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr A120-211-69/18/PP na: „dostawę zamrażarek laboratoryjnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.


Nr pytania	Data wpływu	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	03.07. 2018	Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne części?	Zamawiający <u>nie dopuszcza</u> .
2	03.07. 2018	Część 1, Zamrażarka laboratoryjna -20°C duża (1 szt): Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zamrażarkę o poj. 1427 litrów bez oświetlenia wnętrza komory, o wysokości zewnętrznej 215 cm, wysokości wewnętrznej 155 cm o zużyciu energii w ciągu 24 h (kWh): 7,271?	Zamawiający <u>nie dopuszcza</u> zamrażarki o pojemności 1427 litrów, o wysokości zewnętrznej 215 cm, wysokości wewnętrznej 155cm. Zamawiający <u>nie wymaga</u> oświetlenia wnętrza komory zamrażarki, Zamawiający <u>wymaga</u> aby zużycie prądu wynosiło nie więcej niż 12.6kWh/24h.
3	03.07. 2018	Część 5, Chłodziarka laboratoryjna duża (1szt) - do chromatografii: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o poj., 1427 litrów, o wymiarach: wysokość zewnętrzna 215 cm, wysokość wewnętrzna 155 cm, szerokość 125 cm?	Zamawiający <u>nie dopuszcza</u> .

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej



mgr inż. Piotr Paszkowski

Samodzielny Referent
ds. zamówień publicznych

mgr inż. Piotr Paszkowski