



Postępowanie A120-211-93/18/MG

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
80 – 309 Gdańsk
L.dz. A120-1307/18/MG

Gdańsk, dnia 12.07.2018 roku

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
ODPOWIEDZI NA PYTANIA – ZESTAW NR 1**

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr A120-211-93/18/MG na: „Dostawa wag laboratoryjnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1	Czy Zamawiający dopuści wagi precyzyjne tylko z interfejsem RS 232, bez USB?	Zamawiający dopuści wagi precyzyjne tylko z interfejsem RS 232, bez USB.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych



mgr Marta Grygiel