



Uniwersytet Gdański
Dział Zamówień Publicznych
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

L. dz. A120-~~1428~~18/MP

Gdańsk, dnia 08.08. 2018 roku.

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO**

Dotyczy: postępowania nr A120-211-97/18/MP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę termocyklerów gradientowych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami wg. części: I część – termocyklery do wykonywania reakcji PCR, II część- termocykler do wykonywania reakcji Real Time.” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia: 25.06.2018 roku r. pod numerem 2018/S 119-270186.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na pytania zadane do postępowania. Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie udzielonych odpowiedzi.

L.p.	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	<p>Dotyczy wzoru umowy, §6, ustęp 2, podpunkt 4). Zamawiający zapisał:</p> <p>„Wykonawca zobowiązuje się: 4) dostarczyć do sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim oraz podpisaną kartę gwarancyjną, Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:</p> <p>„Wykonawca zobowiązuje się: 4) dostarczyć do sprzętu instrukcję obsługi w języku polskim lub języku angielskim oraz podpisaną kartę gwarancyjną, Prośbę swoją motywujemy tym, iż wysoce specjalistyczne aparaty wymienione w przedmiocie postępowania są dedykowane do bardzo wąskiego grona odbiorców. W dziedzinie naukowej w której są wykorzystywane język angielski jest językiem powszechnym.</p>	<p>Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.</p> <p>Modyfikacja załącznika nr 5 (5.I, 5.II) do SIWZ w załączeniu.</p>



2.	<p>Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 6. Zamawiający zapisał:</p> <p>„W przypadku trzykrotnej awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub całego sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy, wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych“</p> <p>Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:</p> <p>„W przypadku trzykrotnej awarii tego samego elementu sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego elementu lub całego sprzętu w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych na nowy, wolny od wad, tego samego typu i o tych samych lub - gdy to niemożliwe - lepszych parametrach technicznych“</p> <p>Prośbę swoją motywujemy tym, iż przedmiotem postępowania jest wysoce specjalistyczny sprzęt. Prawdopodobieństwo wystąpienia trzech różnych ze swej dziedziny usterek, niejednokrotnie i błahych, dawałoby już prawo do wymiany elementu aparatu lub samego aparatu.</p> <p>Przy wysokiej cenie sprzętu spełnienie tego warunku byłoby zupełnie ekonomicznie nieusprawiedliwione. Wykonawca by móc się w dostateczny sposób zabezpieczyć musiałby uwzględnić w cenie sprzętu koszt i dodatkowego. Producent sprzętu który chcielibyśmy Państwu zaoferować nie gwarantuje wymiany na nowy sprzęt lub nowy element sprzętu z powodu 3 niejednorodnych usterek.</p>	<p>Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.</p> <p>Modyfikacja załącznika nr 5 (5.I, 5.II) do SIWZ w załączeniu.</p>
3.	<p>Dotyczy wzoru umowy, §7, ustęp 8. Zamawiający zapisał:</p> <p>„W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy. Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty. Niniejsze koszty mogą być potrącone z bieżących należności Wykonawcy.“</p> <p>Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:</p> <p>„W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni warunków gwarancji lub wypełni je w sposób nienależyty, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy za wyjątkiem naprawy dokonanej przez nieautoryzowany przez producenta serwis. W przypadku usunięcia wad przez nieautoryzowany przez producenta serwis gwarancja ulega przerwaniu.</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania dowodu zapłaty.</p>	<p>Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.</p> <p>Modyfikacja załącznika nr 5 (5.I, 5.II) do SIWZ w załączeniu.</p>

	<p>Niniejsze koszty mogą być potrącone z bieżących należności Wykonawcy.“</p> <p>Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku napraw dokonanych przez nieautoryzowany przez producenta serwis gwarancja ulega przerwaniu.</p>	
4.	<p>Dotyczy: załącznik nr 1a.II do SIWZ, OPZ dla części II – Termocykler typu Real-Time PCR</p> <p>Pytanie dot. punktu 13. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o wadze 26 kg?</p>	<p>Z uwagi na fakt dostępności urządzeń o niższej wadze u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia lżejsze i w związku z tym nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o wadze 26 kg.</p>
5.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II Czy Zamawiający dopuści system multipleksowy, posiadający 4-kanały?</p>	<p>Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających większą ilość kanałów u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające większą ilość kanałów i w związku z tym nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia posiadającego system multipleksowy, posiadający 4-kanały.</p>
6.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II Czy Zamawiający dopuści aparat z źródłem wzbudzenia: pojedyncza dioda LED?</p>	<p>Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających większą ilość diod LED służących do wzbudzenia, u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające większą ilość diod i w związku z tym nie dopuszcza aparatu z źródłem wzbudzenia w postaci pojedynczej diody LED.</p>
7.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II Czy Zamawiający dopuści zakres temperatur od 37°C do 98°C?</p>	<p>Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających większy zakres temperatur u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające większy zakres temperatur i w związku z tym nie dopuszcza aparatu z zakresem temperatur od 37°C do 98°C.</p>
8.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II Czy Zamawiający dopuści z dokładnością nastaw temperatury nie gorsza niż $\pm 1^\circ\text{C}$?</p>	<p>Tak, Zamawiający dopuści z dokładnością nastaw temperatury nie gorsza niż $\pm 1^\circ\text{C}$.</p> <p>Modyfikacja załącznika nr 1a.II w załączeniu.</p>
9.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II Czy Zamawiający dopuści Max ramp rate nie mniejszy niż 4,4°C/s?</p>	<p>Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających max. Ramp rate większy od 4,4 st./sek., u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające większą wartość określającą max. ramp rate, i w związku z tym nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia w którym Max ramp rate wynosi 4,4 st./sek.</p>



10.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II</p> <p>Czy Zamawiający pod pojęciem reakcja FRET rozumie reakcje z użycie sond hydrolizujących?</p>	<p>Zamawiający pod pojęciem FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) rozumie reakcję z użyciem sond hybrydujących, polegającą na transferze energii między dwoma chromoforami.</p>
11.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II</p> <p>Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością stosowania stripów oraz płytek 96-dołkowych bez specjalnych parametrów optycznych?</p>	<p>Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wymóg: możliwość stosowania standardowych probówek do PCR 0,2 ml bez specjalnych parametrów optycznych. Zapis taki nie ogranicza rodzajów plastików stosowanych w aparacie.</p>
12.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1a.II</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie urządzenia o masie 25kg.</p>	<p>Z uwagi na fakt dostępności urządzeń o niższej wadze u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia lżejsze i w związku z tym nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia o wadze 25 kg.</p>
13.	<p>Dotyczy Załącznik nr 1, Część II, punkt 2. Kryterium</p> <p>Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu w punkcie W5 na: „Sprzęt z załącznika nr 1a.II do SIWZ nie wymaga temperaturowej kalibracji systemu przez użytkownika.”</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapis w punkcie W5 odnosi się do kryterium dodatkowego, którym jest fakt posiadania przez urządzenie funkcji kalibracji temperaturowej przez użytkownika, bez konieczności wzywania serwisu lub odsyłania urządzenia do producenta, a nie fakt, że nie ma potrzeby wykonywania takiej kalibracji.</p>
14.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.</p>
15.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 7 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy? Uzasadnienie: Przedmiot zamówienia jest urządzeniem złożonym dlatego w większości przypadków wystąpienia awarii wymagana jest interwencja doświadczonego inżyniera autoryzowanego serwisu producenta. Dlatego, niedopuszczalne jest, aby inna osoba ingerowała samodzielnie, bez konsultacji z autoryzowanym serwisem w stan urządzenia, które uległo awarii, gdyż przez wzgląd na brak doświadczenia i wiedzy w zakresie kompleksowych usług serwisowych przedmiotu umowy jego działania mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia aparatury.</p>	<p>Treść § 7 ust. 8 projektu umowy ulegnie modyfikacji – patrz odpowiedź na pytanie 3.</p>

16.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
17.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 8 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
18.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w Par. 3 ust. 2?</p>	<p>Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.</p> <p>Modyfikacja załącznika nr 5 (5.I, 5.II) do SIWZ w załączeniu.</p>
19.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienia umowy wynikającego z par. 8 ust. 3. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany wartości 30% występującej w tymże ustępie na wartość 20%.</p> <p>Modyfikacja załącznika nr 5 (5.I, 5.II) do SIWZ w załączeniu.</p>
20.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 11 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?</p>	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.
21.	<p>Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy</p> <p>Par. 14 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg załączonego wzoru?</p>	Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wg załączonego wzoru. W przypadku ewentualnego powierzenia przetwarzania danych osobowych, umowa będzie sporządzona wg wzorów umów obowiązujących w Uniwersytecie Gdańskim.
22.	<p>Dotyczy części 1 , urządzenia I</p> <p>Czy Zamawiający dopuści 2-blokowy termocykler gdzie zakres objętość reakcji PCR wynosi : 10 - 50 uL ?</p>	Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających większy zakres objętości u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające większy zakres objętości i w związku z tym nie wyrazi zgody na zaoferowanie urządzenia o zakresie objętości reakcji PCR wynoszącej : 10 - 50 uL.
23.	<p>Dotyczy części 1 , urządzenia I</p> <p>Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w złącze USB bez portu ethernet ?</p>	Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających zarówno port USB jak i port Ethernet u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające obydwa porty, co



		przekłada się na większą funkcjonalność danego aparatu, i w związku z tym nie wyrazi zgody na zaferowanie urządzenia wyposażonego tylko w port USB bez portu Ethernet.
24.	Dotyczy części 1 , urządzenia I Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie termocyklera o wysokości 27,5 cm ?	Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie termocyklera o wysokości 27,5 cm. Modyfikacja załącznika 1a.I do SIWZ w załączeniu.
25.	Dotyczy części 1 , urządzenia II Czy Zamawiający dopuści termocykler, w którym Max ramp rate wynosi 2,5 st./sek ?	Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających max. Ramp rate większy od 2,5 st./sek., u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające większą wartość określającą max. ramp rate, i w związku z tym nie wyrazi zgody na zaferowanie urządzenia w którym Max ramp rate wynosi 2,5 st./sek.
26.	Dotyczy części 1 , urządzenia II Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie termocyklera wyposażonego w złącze USB bez portu ethernet ?	Z uwagi na fakt dostępności urządzeń posiadających zarówno port USB jak i port Ethernet u kilku producentów na rynku, Zamawiający mając wybór, preferuje urządzenia posiadające obydwa porty, co przekłada się na większą funkcjonalność danego aparatu, i w związku z tym nie wyrazi zgody na zaferowanie urządzenia wyposażonego tylko w port USB bez portu Ethernet.
27.	Dotyczy części 1 , urządzenia II Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie termocyklera o wysokości 27,5 cm ?	Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie termocyklera o wysokości 27,5 cm. Modyfikacja załącznika 1a.I do SIWZ w załączeniu.

Załączone do niniejszego pisma dokumenty są obowiązujące do prawidłowo złożonej oferty.
Wszystkie pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Z poważaniem,
z up. Prorektor
ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką


prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Załączniki:

1. Załącznik nr 1a.I do SIWZ po modyfikacji z dnia 08.08......2018r.
2. Załącznik nr 1a.II do SIWZ po modyfikacji z dnia 08.08......2018r.
3. Załącznik nr 5 do SIWZ (5.I, 5.II) po modyfikacji z dnia 08.08......2018r.