

Postępowanie nr A120-211-83/18/PP

Gdańsk, dnia 31.07.2018 r.

L.dz. A120-1459/18/BW

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr A120-211-83/18/PP na: „dostawę komór laminarnych dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, iż zmiana jest następująca:

1. W pozycji I. pkt 4, str. 1 załącznika nr 1a do SIWZ:

było:

Wymiary: szerokość zewnętrzna maksymalnie do 130cm; głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 62cm; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm; wysokość robocza nie mniejsza niż 76cm; głębokość zewnętrzna do 81cm.

zapis zostaje zmieniony na:

Wymiary: szerokość zewnętrzna maksymalnie do 134cm; głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 62cm; szerokość robocza nie mniejsza jak 120cm; wysokość robocza nie mniejsza niż 66cm; głębokość zewnętrzna do 81cm.

2. W pozycji I. pkt 5, str. 1 załącznika nr 1a do SIWZ:

było:

Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem.

zapis zostaje zmieniony na:

Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy).

3. W pozycji I. pkt 6, str. 1 załącznika nr 1a do SIWZ:

było:

Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (80°) w stosunku do blatu roboczego; nie przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu.

zapis zostaje zmieniony na:

Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie nie bardziej niż (92°) w stosunku do blatu roboczego; nie przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu.

Postępowanie nr A120-211-83/18/PP

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający wprowadza:

1) zmodyfikowany załącznik 1a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o nazwie **załącznik nr 1a do SIWZ z dnia 31.07.2018r.**, który zastępuje dotychczasowy załącznik nr 1a do SIWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem


PROREKTOR
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki:

1. załącznik nr 1a do SIWZ z dnia 31.07.2018r.